

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՎԻՈԼԱ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/53 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	Մեզի ավտոմատ վերլուծիչ	Urit Medical Electronic Co. Ltd.	Urit Medical Electronic Co. Ltd.	Urit Medical Electronic Co. Ltd.	<p>Մեզի ավտոմատ անալիզատոր Ոչ պակաս քան 13 պարամետրեր՝ Bilirubin, Urobilinogen, Ketones, Ascorbic Acid, Glucose, Protein Microalbumin, Blood (Hemoglobin), pH, Nitrite, Leucocytes, Creatinine, Specific Gravity:</p> <p>Արտադրողականությունը՝ ոչ պակաս քան 50 թեստ 1 ժամում</p> <p>Հիշողության ծավալ՝ ոչ պակաս քան 1000 արդյունք Ոչ պակաս քան 2,8" գունավոր LCD կամ TFT դիսպլեյ</p> <p>Սերիական ինտերֆեյսի պորտերի առկայություն՝ համակարգչին և տպիչին միանալու համար, USB</p>

				<p>Արդյունքները հիմնված լինեն թեստային ստրիպների վրա Էլեկտրոսուցում՝ 220 Վ, 50/60 Հց: Աքսեսուարներ Ստրիպներ ոչ պակաս քան 500 հատ Կարգաբերում՝ ոչ պակաս քան 1 տուփ Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) ISO13485 CE Mark</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО «ВИОЛА» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/53 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
5					