

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իմունոնոֆարմ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2023/53 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	Կոագուլոմետր կիսաավտոմատ // Semi-automatic coagulometer // Полувотоматический коагулометр	BCA-SA-4-16	BCA-SA-4-16	Infitek	Կոագուլոմետր կիսաավտոմատ Հետազոտման հնարավոր պարամետրները՝ ոչ պակաս քան PT (%), INR, Ratio), APTT, TT, FIB, Protein C, Protein S, Lupus anticoagulant Factors՝ VII, VIII, IX, X. Բոլոր տեսակի ռեակտիվներով աշխատելու հնարավորությամբ (բաց համակարգ) Չափման խցիկ՝ ոչ պակաս քան 4 անկախ չափման խցիկ թերմոստատ՝ 37°C ± 0,5°C 16 տեղ նմուշի համար և 6տեղ ռեագենտների համար Հետազոտության ավտոմատ ստարտի հնարավորություն Ոչ

պակաս քան 7" գունավոր  
հպումային LCD կամ TFT դիսպլեյ  
Համապատասխան միկրոպիպետի  
առկայություն Տվյալների  
արտահանում/ներմուծում՝ ոչ  
պակաս քան USBx2, տպիչին,  
գծիկավոր կոդ կամ QR կոդ  
կարդացող սարքի, համակարգչին  
միանալու համար: LIS համակարգին  
միանալու հնարավորություն  
Էլեկտրոսնուցում՝ 220 Վ, 50/60 Հց:  
Լրակազմ և պարագաներ Մեկնարկի  
համար ոչ պակաս քան 500 թեստի  
համար ռեագենտների առկայություն  
Տեղադրում և մեկնարկ  
Աշխատակազմի ուսուցում տեղում  
Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն  
կամ անգլերեն կամ ռուսերեն  
Սարքավորումը նոր է,  
չօգտագործված Լրակազմը  
ներառում է բոլոր անհրաժեշտ  
լրացուցիչ սարքերը և  
պարագաները, որոնք անհրաժեշտ  
են լիարժեք գործունեության համար  
Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս  
Որակի վկայականներ  
(առկայություն) ISO13485 կամ  
համարժեք CE Mark (Directive  
93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО ИММУНОФАРМ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/53 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4	Կոագուլոմետր կիսաավտոմատ // Semi-automatic coagulometer // Полуавтоматический коагулометр	BCA-SA-4-16	BCA-SA-4-16	Infitek	Կոագուլոմետր կիսաավտոմատ Հետազոտման հնարավոր պարամետրները՝ ոչ պակաս քան PT (%), INR, Ratio), APTT, TT, FIB, Protein C, Protein S, Lupus anticoagulant Factors՝ VII, VIII, IX, X. Բոլոր տեսակի ռեակտիվներով աշխատելու հնարավորությամբ (բաց համակարգ) Չափման խցիկ՝ ոչ պակաս քան 4 անկախ չափման խցիկ թերմոստատ՝ 37°C± 0,5°C 16 տեղ նմուշի համար և ճտեղ ռեագենտների համար Հետազոտության ավտոմատ ստարտի հնարավորություն ոչ

				<p>պակաս քան 7" գունավոր հպումային LCD կամ TFT դիսպլեյ Համապատասխան միկրոպիպետի առկայություն Տվյալների արտահանում/ներմուծում՝ ոչ պակաս քան USBx2, տպիչին, գծիկավոր կոդ կամ QR կոդ կարդացող սարքի, համակարգչին միանալու համար: LIS համակարգին միանալու հնարավորություն Էլեկտրոսնուցում՝ 220 Վ, 50/60 Հց: Լրակազմ և պարագաներ Մեկնարկի համար ոչ պակաս քան 500 թեստի համար ռեագենտների առկայություն Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) ISO13485 կամ համարժեք CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք</p>
--	--	--	--	--

