

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/53 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	Պտղի մոնիտոր	Պտղի մոնիտոր	Պտղի մոնիտոր	China	Պտղի մոնիտոր Պտղի մոնիտոր` US և TOCO դոպլեր, պտղի սրտի կծկումների բաբախի (FHR) և արգանդի կծկումները ձայնագրելու և վերլուծելու համար: Շարժական Մարտկոցով աշխատող սարքը հնարավորություն է տալիս հիվանդներին մշտապես վերահսկել ցանկացած վայրում: Աշխատանքը մարտկոցով` ոչ պակաս քան 2 ժամ: Դիսփլեյը ոչ պակաս քան 12" TFT կամ LCD գունավոր Էկրան, 90° ծավրող Գունավոր դիսփլեյը ցույց է տալիս CTG ցուցմունքները` ներկայացված ստանդարտ

Ֆորմատով Ամեն պտղի սրտի լսաագդանշանները հասանելի են ներդրված լսահամակարգի միջոցով օգտագործողի ընտրությամբ օգտագործողը կարող է վերահսկել ձայնի բարձրությունը, պտղի լսաալիքը, գրաֆիկայի տպագրման արագությունը, toco զրո և այլն Տվյալների պահպանում ոչ պակաս քան 12 ժամ Ագդանշանային համակարգ էլեկտրոսնուցումը՝ 220 Վոլտ, 50/60 Հց Ստանդարտ պարամետրեր՝ TOCO, FHR, FM, երկվորյակների մոնիտորինգ Պտղի սրտի հաճախությունը (FHR) Պարամետրեր՝ FHR1, FHR2 Փոխակերպիչները՝ բազմաբյուրեղային, լայն ալիքային ճառագայթ, իմպուլսային ալիքային աշխատանքի մեթոդ, բարձր զգայունություն Հաճախականությունը ոչ պակաս քան՝ 1 Mhz Չափման միջակայքը ոչ պակաս, քան 50-240 բաբախ/րոպե միջակայքում Ճշգրտությունը՝ ոչ ավելի քան ± 2 բաբախ/րոպե Արգանդի ակտիվություն (TOCO) Չափման միջակայքը ոչ պակաս, քան 0-100 միավոր միջակայքում

Տպիչ Թերմոպրինտեր Տպող գլխիկը ջերմակայուն և ոչ պակաս քան 110 մմ երկարությամբ Արագությունները ոչ պակաս քան 1, 2, 3 սմ/րոպ, 25 մմ/վրկ Նախապես տպագրված գծապատկերի սանդղակով Z-աձև ծավված թուղթ Թղթի տեսակը՝ սովորական սև թերմոթուղթ Տվյալների, Ժամանակի, TOCO-ի տեսակի, թղթի արագության, FHR-ի տպագրություն Լրակազմ և պարագաներ 1. Գոտիներ՝ 1 օրիգինալ + 1 պահեստային հավաքակազմ 2. Տպիչի թուղթ՝ ոչ պակաս քան 2 փաթեթ 3. Ուլտրաձայնային գել՝ ոչ պակաս քան 1 շիշ Տեղադրման և փորձարկման աշխատանքներ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում՝ մասնագետի կողմից Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմում ներառված են բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ

				(անկայություն) ISO13485 կամ համարժեք CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Մեդիտեխսերվիս ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2023/53 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
7	Պտղի մոնիտոր	Պտղի մոնիտոր	Պտղի մոնիտոր	China	Պտղի մոնիտոր Պտղի մոնիտոր` US և TOCO դոպլեր, պտղի սրտի կծկումների բաբախի (FHR) և արգանդի կծկումները ձայնագրելու և վերլուծելու համար: Շարժական Մարտկոցով աշխատող սարքը հնարավորություն է տալիս հիվանդներին մշտապես վերահսկել ցանկացած վայրում: Աշխատանքը մարտկոցով` ոչ պակաս քան 2 ժամ: Դիսփլեյը ոչ պակաս քան 12" TFT կամ LCD գունավոր էկրան, 90° ծավրող Գունավոր դիսփլեյը ցույց է տալիս CTG ցուցմունքները` ներկայացված ստանդարտ

Ֆորմատով Ամեն պտղի սրտի լսաագդանշանները հասանելի են ներդրված լսահամակարգի միջոցով օգտագործողի ընտրությամբ Օգտագործողը կարող է վերահսկել ձայնի բարձրությունը, պտղի լսաալիքը, գրաֆիկայի տպագրման արագությունը, toco զրո և այլն Տվյալների պահպանում ոչ պակաս քան 12 ժամ Ագդանշանային համակարգ էլեկտրոսնուցումը՝ 220 Վոլտ, 50/60 Հց Ստանդարտ պարամետրեր՝ TOCO, FHR, FM, երկվորյակների մոնիտորինգ Պտղի սրտի հաճախությունը (FHR) Պարամետրեր՝ FHR1, FHR2 Փոխակերպիչները՝ բազմաբյուրեղային, լայն ալիքային ճառագայթ, իմպուլսային ալիքային աշխատանքի մեթոդ, բարձր զգայունություն Հաճախականությունը ոչ պակաս քան՝ 1 Mhz Չափման միջակայքը ոչ պակաս, քան 50-240 բաբախ/րոպե միջակայքում Ճշգրտությունը՝ ոչ ավելի քան ± 2 բաբախ/րոպե Արգանդի ակտիվություն (TOCO) Չափման միջակայքը ոչ պակաս, քան 0-100 միավոր միջակայքում

Տպիչ Թերմոպրինտեր Տպող գլխիկը ջերմակայուն և ոչ պակաս քան 110 մմ երկարությամբ Արագությունները ոչ պակաս քան 1, 2, 3 սմ/րոպ, 25 մմ/վրկ Նախապես տպագրված գծապատկերի սանդղակով Z-աձև ծավված թուղթ Թղթի տեսակը՝ սովորական սև թերմոթուղթ Տվյալների, Ժամանակի, TOCO-ի տեսակի, թղթի արագության, FHR-ի տպագրություն Լրակազմ և պարագաներ 1. Գոտիներ՝ 1 օրիգինալ + 1 պահեստային հավաքակազմ 2. Տպիչի թուղթ՝ ոչ պակաս քան 2 փաթեթ 3. Ուլտրաձայնային գել՝ ոչ պակաս քան 1 շիշ Տեղադրման և փորձարկման աշխատանքներ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում՝ մասնագետի կողմից Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմում ներառված են բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ

				(անկախություն) ISO13485 կամ համարժեք CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք
--	--	--	--	---