

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՊՐՈՖՏԵՍՏ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2023/54 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
8	Baxter	AK 98	AK 98	Baxter Gambro	<p>Հեմոդիալիզի սարք՝ Սարքը նախատեսված է հեմոդիալիզի անցկացման համար (ցածր և բարձր հոսք), Մարտկոցի առկայություն, Գունավոր սենսորային էկրանի առկայություն, Սարքը կարող է աշխատել մուտքային ջրի (բուժման ընթացքում) 5-ից 30 °C տիրույթում, Մեքենան ունի մանրէների գտիչ (Օրինակ՝ պիրոգեն ֆիլտր)՝ մինչև ջրի հոսքը դեպի դիալիզատոր Աուդիո-, տեսա- ազդանշաններ՝ հաղորդունակության հաճախականության խախտման,արյան արտահոսքի,</p>

օդային արտահոսքի, տրանսմեմբրանային ճնշման ազդանշաններ, դիալիզի ջերմաստիճանի ազդանշան, ախտահանման ավարտի ազդանշան, շրջանցման (bypass) ազդանշան և արյան պոմպի դադարեցման ազդանշանի առկայություն , Ավտոմատ միացման/անջատման հնարավորության առկայություն ,Ավտոմատ ինքնաստուգման հնարավորության առկայություն, Մոնիտորին բուժման պարամետրերի ցուցադրման հնարավորության առկայություն, Կրեատինինի կլիրենսի մշտադիտարկման առկայություն` ներկառուցված սարքի միջոցով էֆեկտիվ միզաթթվի կլիրենսի ու դիալիզի դոզայի (KT / V) չափման և մոնիտորինգի համար, Սարքի արյան պոմպը համապատասխանում է ստանդարտ A-V արյան հոսքագծերին, Արյան հոսքի վերահսկման առկայությունը, Արյան արտահոսքի հայտնաբերման առկայություն, Հոսքի արագությունը 50-ից մինչև 500մլ/րոպե տիրույթում

, Դիալիզատի ջերմաստիճաններն ընտրվում է 35-ից 39օՑ աստիճան տիրույթում, Խտանյութի սպասում ռեժիմի առկայություն, Օդի հայտնաբերման առկայություն, Հեպարինի համար ներարկիչ դիսպանսերի առկայություն, Հոսքի արագությունը 0.1-ից մինչև 10 մլ / ժամ Հոսքի արագություն՝ 300-ից 700 մլ / մթ տիրություն (100 մլ/րոպ քայլով) Na և ՌԻՖ (ուլտրաֆիլտրավորման) պրոֆիլավորման հնարավորության առկայություն Ուլտրաֆիլտրացիայի հսկողության առկայություն՝ ± 50 մլ / ժամ x սպառված բուժման ժամանակ (ժամ) ,/ կուտակված ուլտրամանուշակագույն ծավալի 2.5%-ը , Սարքի ախտահանման և մաքրման համակարգի առկայություն, ունի ինտեգրված ջերմային և քիմիական ախտահանման հնարավորություն՝ ինչպես կարճ, այնպես էլ երկար ախտահանման ծրագրով՝ օր/ գիշեր շաբաթային գրաֆիկով, Ախտահանման մատյանի առկայություն ունի դրենաժային համակարգ, հնարավոր

Է մեքենան միացնել համակարգչին,
Անսարքության ավտոմատ
ախտորոշում՝ ընթացքում սխալներն
առցանց հայտնաբերելու և
ցուցադրելու հնարավորությամբ
(տեխնիկական սպասարկման
ռեժիմում) Սևուցում՝ 220 Վ, 50/60
Հց , Լրակազմ և պարագաներ
Առաջարկվող սարքերը
նախատեսված են ISO 13485 և CE
Mark որակավորում ունեցող երկու
կամ ավելի պարագաների
(դիալիզատոր /հիվանդի
անհատական ֆիլտր/, արյան
հոսքագծեր, ֆիստուլային ասեղներ
և ռեակտիվներ) կիրառման համար:
Համակարգի տեղադրման և
ստանդարտացման համար
պահանջվող բոլոր ծախսանյութերը
տրվում են՝ Տեղադրման և
փորձարկման աշխատանքներ
Աշխատակազմի ուսուցում տեղում՝
մասնագետի կողմից Օգտագործման
ծեռնարկ անգլերեն, ռուսերեն,
Ապրանքը նոր է, չօգտագործված,
Բոլոր սարքերի համար
մատակարարվում են արյան ճնշումը
չափելու մանժետները
(ճարմանդները) Համալիրը

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար (օրինակ՝ ջրի մաքրման համակարգի միացման համար, էլեկտրական համակարգերի համար անհրաժեշտ անջատիչներ (էլեկտրոնային համակարգերի համար անհրաժեշտ ավտոմատներ (ապահովիչներ)) և այլն) Երաշխիքը 24 ամիս, Ստանդարտներ՝ տեխնիկական հատկություններ (վաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեններ) ISO13485 , CE Mark (Directive 93/42/EEC)

ООО ПРОФТЕСТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом << 001 EUDU 12F-2023/54 >> ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	Предлагаемый товар	наименование производителя	
8					