

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱԳՁԲ-2023/53 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի              |                                 |                |  |  |
|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|--|--|
|                 | Ֆիրմային անվանումը              | ապրանքային նշանը                | մակնիշը        | արտադրողի անվանումը                                | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 11              | Ավտոմատ ներարկիչ BeneFusion uSP | Ավտոմատ ներարկիչ BeneFusion uSP | BeneFusion uSP | Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. | Ավտոմատ ներարկիչ Ներարկիչի պարենտերալ ինֆուզիաների դրայվեր՝ հիվանդասենյակներում, վիրահատարաններում, ինտենսիվ թերապիայի սրահներում և հիվանդի տեղափոխման ժամանակ Մեկ կանալանի և այն կարող է ընդունել տարբեր չափերի ներարկիչներ՝ 2ml/3ml, 5ml/6ml, 10ml/12ml, 20ml, 30ml/35ml, 50ml/60ml Սարքի աշխատունակության ինքնաստուգում սարքի միացումից անմիջապես հետո, սխալի առկայության դեպքում սարքը տալիս է ձայնային ազդանշան |

Հեղուկներին դիմացկուն դիզայն՝  
ABS պատյան (հարվածադիմացկուն)  
Հոսքի արագությունը ոչ պակաս  
քան 0,01-ից 2300 մլ / ժամ  
միջակայքում Հոսքի արագության  
աճ՝ 0.01-ից 0,1 մլ/ժամ Ներարկման  
ընդհանուր ծավալը՝ 0,01-ից  
9999.99 մլ միջակայքում ժամանակի  
լիմիտը՝ 00:00:01-ից 99:59:59  
տիրույթում Ներարկիչներ (տարբեր  
արտադրողների)՝ 2ml/3ml, 5ml/6ml,  
10ml/12ml, 20ml, 30ml/35ml,  
50ml/60ml, Ճշգրտություն  
(նախատեսված ներարկիչներ):  
±1.8% Խցանման ճնշումը՝  
կարգավորելի KVO՝ կարգավորելի Է՝  
0,01 մլ / ժամից մինչև 10 մլ / ժամ  
Բոլուս՝ կարգավորելի 0,01-ից 2300  
մլ / ժամ տիրույթում Տափնապային  
ազդանշանային / անվտանգության  
տալիս Է հետևյալ դեպքերում.  
խցանում, ինֆուզիոն ավարտված Է,  
ցածր մարտկոց ծրագրավորման  
սխալ, ներարկիչի սխալ  
դիրքավորում, ամրացման սխալ  
Ներարկիչի ծավալի ավտոմատ  
ճանաչելիություն Հոսանքի  
արտահոսքի պաշտպանություն  
(սարքավորումների տեսակը CF)

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>Պաշտպանություն<br/>Էլեկտրական հարումներից (II դասի<br/>սարքավորում) Կապ ինտերֆեյս.<br/>RS232C Էլեկտրականություն<br/>Էլեկտրական II դաս Ներքին<br/>լիցքավորվող մարտկոց Մարտկոցով<br/>աշխատանքը Առնվազն 6,5 ժամ<br/>նորմալ մարտկոցի համար,<br/>առնվազն 12,5 ժամ խելացի<br/>մարտկոցի համար, և առնվազն 21<br/>ժամ երկակի խելացի մարտկոցների<br/>համար (գործում է 5 մ/ժ<br/>արագությամբ, ստանդարտ<br/>գործողության պայմաններում<br/>Մնուցումը՝ 220 Վ / 50 Հց Լրակազմ և<br/>պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ<br/>Աշխատակազմի ուսուցում տեղում<br/>Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն<br/>Սարքավորումը նոր է,<br/>չօգտագործված Լրակազմում<br/>ներառված են բոլոր անհրաժեշտ<br/>լրացուցիչ սարքերը և<br/>պարագաները, որոնք անհրաժեշտ<br/>են լիարժեք գործունեության համար<br/>Երաշխիքը 24 ամիս Որակի<br/>վկայականներ (առկայություն)<br/>ISO13485 CE Mark (Directive<br/>93/42/EEC)</p> |
|--|--|--|--|--|



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Теофарма Импорт ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/53  
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар        |               |       |                               |                            |
|------------|---------------------------|---------------|-------|-------------------------------|----------------------------|
|            | фирменное<br>наименование | товарный знак | марка | наименование<br>производителя | технические характеристики |
| 11         |                           |               |       |                               |                            |