

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱԳՁԲ-2023/53 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
11	Ավտոմատ ներարկիչ BeneFusion uSP	Ավտոմատ ներարկիչ BeneFusion uSP	BeneFusion uSP	Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd.	Ավտոմատ ներարկիչ Ներարկիչի պարենտերալ ինֆուզիաների դրայվեր՝ հիվանդասենյակներում, վիրահատարաններում, ինտենսիվ թերապիայի սրահներում և հիվանդի տեղափոխման ժամանակ Մեկ կանալանի և այն կարող է ընդունել տարբեր չափերի ներարկիչներ՝ 2ml/3ml, 5ml/6ml, 10ml/12ml, 20ml, 30ml/35ml, 50ml/60ml Սարքի աշխատունակության ինքնաստուգում սարքի միացումից անմիջապես հետո, սխալի առկայության դեպքում սարքը տալիս է ձայնային ազդանշան

Հեղուկներին դիմացկուն դիզայն՝
ABS պատյան (հարվածադիմացկուն)
Հոսքի արագությունը ոչ պակաս
քան 0,01-ից 2300 մլ / ժամ
միջակայքում Հոսքի արագության
աճ՝ 0.01-ից 0,1 մլ/ժամ Ներարկման
ընդհանուր ծավալը՝ 0,01-ից
9999.99 մլ միջակայքում ժամանակի
լիմիտը՝ 00:00:01-ից 99:59:59
տիրույթում Ներարկիչներ (տարբեր
արտադրողների)՝ 2ml/3ml, 5ml/6ml,
10ml/12ml, 20ml, 30ml/35ml,
50ml/60ml, Ճշգրտություն
(նախատեսված ներարկիչներ):
±1.8% Խցանման ճնշումը՝
կարգավորելի KVO՝ կարգավորելի Է՝
0,01 մլ / ժամից մինչև 10 մլ / ժամ
Բոլուս՝ կարգավորելի 0,01-ից 2300
մլ / ժամ տիրույթում Տազնապային
ազդանշանային / անվտանգության
տալիս Է հետևյալ դեպքերում.
խցանում, ինֆուզիոն ավարտված Է,
ցածր մարտկոց ծրագրավորման
սխալ, ներարկիչի սխալ
դիրքավորում, ամրացման սխալ
Ներարկիչի ծավալի ավտոմատ
ճանաչելիություն Հոսանքի
արտահոսքի պաշտպանություն
(սարքավորումների տեսակը CF)

				<p>Պաշտպանություն Էլեկտրական հարումներից (II դասի սարքավորում) Կապ ինտերֆեյս. RS232C Էլեկտրականություն Էլեկտրական II դաս Ներքին լիցքավորվող մարտկոց Մարտկոցով աշխատանքը Առնվազն 6,5 ժամ նորմալ մարտկոցի համար, առնվազն 12,5 ժամ խելացի մարտկոցի համար, և առնվազն 21 ժամ երկակի խելացի մարտկոցների համար (գործում է 5 մ/ժ արագությամբ, ստանդարտ գործողության պայմաններում Սնուցումը` 220 Վ / 50 Հց Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված Լրակազմում ներառված են բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) ISO13485 CE Mark (Directive 93/42/EEC)</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Теофарма Импорт ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/53
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
11					