

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դելտա ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2023/53 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	Կոագուլոմետր կիսաավտոմատ	Կոագուլոմետր կիսաավտոմատ	Կոագուլոմետր կիսաավտոմատ	Կոագուլոմետր կիսաավտոմատ	. Կոագուլոմետր կիսաավտոմատ Հետազոտման հնարավոր պարամետրները՝ ոչ պակաս քան PT (%, INR, Ratio), APTT, TT, FIB, Protein C, Protein S, Lupus anticoagulant Factors՝ VII, VIII, IX, X. Բոլոր տեսակի ռեակտիվներով աշխատելու հնարավորությամբ (բաց համակարգ) Չափման խցիկ՝ 4 անկախ չափման խցիկ Թերմոստատ՝ 37°C ± 0,2°C 20 տեղ Նմուշի համար և 12 տեղ ռեագենտների համար Հետազոտության ավտոմատ ստարտի հնարավորություն 7" LCD

				<p>դիսպլեյ Համապատասխան միկրոպիպետի առկայություն Տվյալների արտահանում/ներմուծում` USBx2, տպիչին, գծիկավոր կոդ կարդացող սարքի, համակարգչին միանալու համար: LIS համակարգին միանալու հնարավորություն էլեկտրոսնուցում` 220 Վ, 50/60 Հց: Լրակազմ և պարագաներ Մեկնարկի համար 500 թեստի համար ռեագենտների առկայություն Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն Սարքավորումը նոր, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) ISO13485 CE Mark (Directive 93/42/EEC)</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Делта в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/53 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4	Կոագուլոմետր կիսաավտոմատ	Կոագուլոմետր կիսաավտոմատ	Կոագուլոմետր կիսաավտոմատ	Կոագուլոմետր կիսաավտոմատ	. Կոագուլոմետր կիսաավտոմատ Հետազոտման հնարավոր պարամետրները՝ ոչ պակաս քան PT (%), INR, Ratio), APTT, TT, FIB, Protein C, Protein S, Lupus anticoagulant Factors՝ VII, VIII, IX, X. Բոլոր տեսակի ռեակտիվներով աշխատելու հնարավորությամբ (բաց համակարգ) Չափման խցիկ՝ 4 անկախ չափման խցիկ Թերմոստատ՝ 37°C ± 0,2°C 20 տեղ նմուշի համար և 12 տեղ ռեագենտների համար Հետազոտության ավտոմատ ստարտի հնարավորություն 7" LCD

				<p>դիսպլեյ Համապատասխան միկրոպիպետի առկայություն</p> <p>Տվյալների</p> <p>արտահանում/ներմուծում` USBx2, տպիչին, գծիկավոր կոդ կարդացող սարքի, համակարգչին միանալու համար: LIS համակարգին միանալու հնարավորություն էլեկտրոսնուցում` 220 Վ, 50/60 Հց: Լրակազմ և պարագաներ Մեկնարկի համար 500 թեստի համար ռեագենտների առկայություն Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն Սարքավորումը նոր, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար</p> <p>Երաշխիքը 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) ISO13485 CE Mark (Directive 93/42/EEC)</p>
--	--	--	--	--