

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/54 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
8	Հեմոդիալիզի սարք	Հեմոդիալիզի սարք	Հեմոդիալիզի սարք	Հեմոդիալիզի սարք	"Հեմոդիալիզի սարք Պահանջներ Սարքը պետք է նախատեսված լինի հեմոդիալիզի անցկացման համար (ցածր և բարձր հոսք) Մարտկոցի առկայություն Գունավոր սենսորային Էկրանի առկայություն Սարքը պետք է կարողանա աշխատել մուտքային ջրի (բուժման ընթացքում) 5-ից 30 °C տիրույթում Մեքենան պետք է ունենա մանրէների գտիչ (Օրինակ՝ պիրոգեն ֆիլտր)՝ մինչև ջրի հոսքը դեպի դիալիզատոր Աուդիո-, տեսա- ազդանշաններ՝ հաղորդունակության

հաճախականության խախտման,
արյան արտահոսքի, օդային
արտահոսքի, տրանսմեմբրանային
ճնշման ազդանշաններ, դիալիզի
ջերմաստիճանի ազդանշան,
ախտահանման ավարտի
ազդանշան, շրջանցման (bypass)
ազդանշան և արյան պոմպի
դադարեցման ազդանշան`
առկայություն և վտոմատ
միացման/անջատման
հնարավորության առկայություն
և վտոմատ ինքնաստուգման
հնարավորության առկայություն
Մոնիտորին բուժման
պարամետրերի ցուցադրման
հնարավորության առկայություն
Կրեատինինի կլիրենսի
մշտադիտարկման առկայություն`
ներկառուցված սարքի միջոցով
էֆեկտիվ միզաթթվի կլիրենսի ու
դիալիզի դոզայի (KT / V) չափման և
մոնիտորինգի համար Սարքի արյան
պոմպը պետք է համապատասխանի
ստանդարտ A-V արյան
հոսքագծերին Արյան հոսքի
վերահսկման առկայությունը Արյան
արտահոսքի հայտնաբերման
առկայություն Հոսքի արագությունը

ոչ պակաս քան 50-ից մինչև 500 մլ/րոպե տիրույթում Դիալիզատի ջերմաստիճաններն ընտրվում է 35-ից 39օՑ աստիճան տիրույթում հստանյութի սպասում ռեժիմի առկայություն Օդի հայտնաբերման առկայություն Հեպարինի համար ներարկիչ դիսպանսերի առկայություն Հոսքի արագությունը 0.1-ից մինչև 10 մլ / ժամ Հոսքի արագություն՝ ոչ պակաս քան 300-ից 700 մլ / մթ տիրույթում (ոչ ավել քան 100 մլ/րոպ քայլով) Na և ՌԻՖ (ոլտրաֆիլտրավորման) պրոֆիլավորման հնարավորության առկայություն Ոլտրաֆիլտրացիայի հսկողության առկայություն՝ ± 50 մլ կամ ± 50 մլ / ժամ x սպառված բուժման ժամանակ (ժամ) կամ կուտակված ոլտրամանուշակագույն ծավալի 2.5%-ը Սարքի ախտահանման և մաքրման համակարգի առկայություն Պետք է ունենա ինտեգրված ջերմային և/կամ քիմիական ախտահանման հնարավորություն՝ ինչպես կարճ, այնպես էլ երկար ախտահանման ծրագրով՝ օր/ գիշեր շաբաթային

գրաֆիկով Ախտահանման մատյանի առկայություն Պետք է ունենա դրենաժային համակարգ Պետք է հնարավոր լինի մեքենան միացնել համակարգչին Անսարքության ավտոմատ ախտորոշում՝ ընթացքում սխալներն առցանց հայտնաբերելու և ցուցադրելու հնարավորությամբ (տեխնիկական սպասարկման ռեժիմում) Սնուցում Սնուցում՝ 220 Վ, 50/60 Հց Լրակազմ և պարագաներ Առաջարկվող սարքերը պետք է նախատեսված լինեն առնվազն ISO 13485 կամ համարժեք և CE Mark կամ համարժեք որակավորում ունեցող համարժեք երկու կամ ավելի պարագաների (դիալիզատոր /հիվանդի անհատական ֆիլտր/, արյան հոսքագծեր, ֆիստուլային ասեղներ և ռեակտիվներ) կիրառման համար: Համակարգի տեղադրման և ստանդարտացման համար պահանջվող բոլոր ծախսանյութերը պետք է տրվեն Տեղադրման և փորձարկման աշխատանքներ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում՝ մասնագետի կողմից Օգտագործման ձեռնարկ

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Теофарма Импорт ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом << УС ЕЦД № АР-2023/54 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Ապրանքը պետք է լինի Նոր, չօգտագործված Բոլոր սարքերի համար մատակարարվում են արյան ճնշումը չափելու մանժետոները (ճարմանդները) Համալիրը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար:

Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	Предлагаемый товар (օրինակ՝ ջրի մաքրման համակարգի միացման համար, էլեկտրական համակարգերի համար անհրաժեշտ անջատիչներ (էլեկտրոնային համակարգերի համար անհրաժեշտ ավտոմատներ (ապահովիչներ)) և այլն) Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեններ) ISO13485 կամ համարժեք CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք"
8					