ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՎԻՈԼԵՏԱ ՖԱՐՄ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/55 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Beijing Wandong Medical Technology Co, LTD	WDM	H.F. 40kW Mobile X-ray Unit – M40-1A	Beijing Wandong Medical Technology Co, LTD	Շարժական թվային ռենտգենյան սարքավորում: Շարժական թվային համակարգ, նախատեսված բաժանմունքից-բաժանմունք, ռեանիմացիոն բլոկ և վիրահատարան հեշտ տեղափոխման համար, ինչպես նաև նեոնատալ բաժանմունքում, պալատներում և ընդունարանում օգտագործման համար: Ելքային հզորությունը՝ 32 Կվտ: Բարձր լարման տիրույթը ոչ պակաս քան՝ 40-125կՎ mA՝ ոչ պակաս քան 10-400 մԱ տիրույթում: mAs՝ 0,1-500մԱՎրկ տիրույթում

						Ժամանակի՝ 1ms - 10 վայրկյան միջակայքում: Անոդի ջերմատվություն՝ 300kHU: Ֆոկուսային հետքի չափսերը՝ (փոքր/մեծ) 0,6մմ/1,3մմ: Կոլիմատոր (մեխանիկական կոլիմատոր ներքին ինտեգրված լույսի աղբյուրով, լույսի միացման ժամանակը ոչ պակաս քան 30 ոչ ավել քան 60s: Համակարգի ճիշտ դիրքավորման ռոտացիոն հնարավորությունը՝ +/-180 աստիճան Կոլիմատորի պտտման աստիճանը՝ +/-180 աստիճան LED լամպ Լազերային ցուցիչ: Զտիչ՝ > 2.0mm Al/75kV Ռենտգեն խողովակի հավասարակշռված հենարանային թևի պտտման անկյունը իր առանցքի շուրջ՝ +/- 270 աստճան: Ֆոկուսային հետքի բարձրության միջակայքը, ոչ պակաս, քան՝ 350-2000մմ: Ռենտգեն խողովակի վերտիկալ շարժումը, 1650mm:Ռենտգեն խողովակի հորիզոնական շարժումը ոչ պակաս քան՝ 677.5mm Ռենտգեն համակարգի շարժման տեսակը պետք է լինի մոտորիզացված շարժումը և դիրքավորումը հիվանդի

						վրա: Շարժման արագությունը ոչ պակաս քան՝ 5կմ/ժ: Ռենտգեն համակարգի մոտորիզացված շարժման և պացիենտի մոտ դիրքավորման հնարավորություն: Դետեկտոր, աշխատանքային կայան: Դետեկտորի չափսը՝ 430x430: Պիքսելների մատրիցա՝ ոչ պակաս քան 3072x3072: Պիքսելային քայլք՝ 139 մկմ: Թողունակությունը՝ 3,6 lp/mm ինտեգրացված մոնիտոր՝21 սենսորային էկրան LCD, հպումային Մոնիտորի թողունակությունը ոչ պակաս քան 1280x720/1280x1024:Ներքին օպերատիվ հիշողությունը՝ 4GB: Պետք է ունենա < 500GB+SSD 128GB - Հիշողության կրիչը < 500GB+SSD 128GB -Վերալիցքավորվող մարտկոցի (մարտկոցների) առկայություն, որն աշխատում է առանց էլեկտրականության 700-800 անգամ լիցքավորվելուց հետո DICOM Store– Պատկերների ուղարկում աշխատանքային կայանի և/կամ արխիվացման համակարգին Dicom արտահանում Էլեկտրոսնուցում

					Սնուցումը 220Վ _+- 10%, 50/60 Hz: Այլ պայմաններ Երաշխիք՝ 24 ամիս ամբողջ համակարգի, այդ թվում ռենտգենյան խողովակի համար: Տեղադրման աշխատանքների կատարում մասնագետի կողմից: Աշխատակազմի ուսուցում տեղում մասնագետի կողմից: Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Ապրանքը պետք է լինի արտադրված ոչ ուշ քան մատակարարման օրվանից 12 ամսվա ընթացքում: Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար: Որակի վկայականներ (առկայություն) ISO 13485, ISO 14001, CE Mark (Directive 93/42/EEC)

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Виолета Фарм ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/55 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	Beijing Wandong Medical Technology Co, LTD	WDM	H.F. 40kW Mobile X-ray Unit – M40-1A	Beijing Wandong Medical Technology Co, LTD	Շարժական թվային ռենտգենյան սարքավորում: Շարժական թվային համակարգ, նախատեսված բաժանմունքից-բաժանմունք, ռեանիմացիոն բլոկ և վիրահատարան հեշտ տեղափոխման համար, ինչպես նաև նեոնատալ բաժանմունքում, պալատներում և ընդունարանում օգտագործման համար: Ելքային հզորությունը՝ 32 Կվտ: Բարձր լարման տիրույթը ոչ պակաս քան՝ 40-125կՎ mA՝ ոչ պակաս քան 10-400 մԱ տիրույթում: mAs՝ 0,1-500մԱՎրկ տիրույթում

						Ժամանակի՝ 1ms - 10 վայրկյան միջակայքում: Անոդի ջերմատվություն՝ 300kHU: Ֆոկուսային հետքի չափսերը՝ (փոքր/մեծ) 0,6մմ/1,3մմ: Կոլիմատոր (մեխանիկական կոլիմատոր ներքին ինտեգրված լույսի աղբյուրով, լույսի միացման ժամանակը ոչ պակաս քան 30 ոչ ավել քան 60s: Համակարգի ճիշտ դիրքավորման ռոտացիոն հնարավորությունը՝ +/-180 աստիճան Կոլիմատորի պտտման աստիճանը՝ +/-180 աստիճան LED լամպ Լազերային ցուցիչ: Զտիչ՝ > 2.0mm Al/75kV Ռենտգեն խողովակի հավասարակշռված հենարանային թևի պտտման անկյունը իր առանցքի շուրջ՝ +/- 270 աստճան: Ֆոկուսային հետքի բարձրության միջակայքը, ոչ պակաս, քան՝ 350-2000մմ: Ռենտգեն խողովակի վերտիկալ շարժումը, 1650mm:Ռենտգեն խողովակի հորիզոնական շարժումը ոչ պակաս քան՝ 677.5mm Ռենտգեն համակարգի շարժման տեսակը պետք է լինի մոտորիզացված շարժումը և դիրքավորումը հիվանդի

						վրա: Շարժման արագությունը ոչ պակաս քան՝ 5կմ/ժ: Ռենտգեն համակարգի մոտորիզացված շարժման և պացիենտի մոտ դիրքավորման հնարավորություն: Դետեկտոր, աշխատանքային կայան: Դետեկտորի չափսը՝ 430x430: Պիքսելների մատրիցա՝ ոչ պակաս քան 3072x3072: Պիքսելային քայլք՝ 139 մկմ: Թողունակությունը՝ 3,6 lp/mm ինտեգրացված մոնիտոր՝21 սենսորային էկրան LCD, հպումային Մոնիտորի թողունակությունը ոչ պակաս քան 1280x720/1280x1024:Ներքին օպերատիվ հիշողությունը՝ 4GB: Պետք է ունենա < 500GB+SSD 128GB - Հիշողության կրիչը < 500GB+SSD 128GB -Վերալիցքավորվող մարտկոցի (մարտկոցների) առկայություն, որն աշխատում է առանց էլեկտրականության 700-800 անգամ լիցքավորվելուց հետո DICOM Store– Պատկերների ուղարկում աշխատանքային կայանի և/կամ արխիվացման համակարգին Dicom արտահանում Էլեկտրոսնուցում

					Սնուցումը 220Վ _+- 10%, 50/60 Hz: Այլ պայմաններ Երաշխիք՝ 24 ամիս ամբողջ համակարգի, այդ թվում ռենտգենյան խողովակի համար: Տեղադրման աշխատանքների կատարում մասնագետի կողմից: Աշխատակազմի ուսուցում տեղում մասնագետի կողմից: Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Ապրանքը պետք է լինի արտադրված ոչ ուշ քան մատակարարման օրվանից 12 ամսվա ընթացքում: Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար: Որակի վկայականներ (առկայություն) ISO 13485, ISO 14001, CE Mark (Directive 93/42/EEC)