

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Անիկո ֆարմ ՍՊԸ -ն EԱՃԱՊԶԲ-2024/16-2-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի                    |   |  |
|--------------------|---------------------------------------|---|--|
|                    | ապրանքային<br>նշանը                   | արտադրողի<br>անվանումը                            | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 30                 | Փոխներարկիչի<br>երկարացման<br>խողովակ | Changzhou standard<br>meedical devices<br>co. LTD | Փոխներարկիչի երկարացման խողովակ՝ պլաստիկ խողովակ, որի ներսի<br>տրամագիծը 3.0մմ, արտաքինը՝ 4.1մմ, երկարությունը 150սմ, միացումը<br>Լուեր-լոք տիպի: Բոլոր չափերի թույլատրելի տատանումը $\pm 1\%$ : Ճնշումը<br>մինչեւ 60psi (4.5 bar): Ֆորմատ- հատ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու<br>պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն:<br>Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար որակի<br>սերտիֆիկատի/ների առկայությունը պարտադիր է: |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Анико Фарм ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱՃԱՊԶԲ-2024/16-2-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар              |   |  |
|------------|---------------------------------|---|--|
|            | товарный знак                   | наименование производителя                  | технические характеристики   |
| 30         | Փոխներարկիչի երկարացման խողովակ | Changzhou standard meedical devices co. LTD | Փոխներարկիչի երկարացման խողովակ՝ պլաստիկ խողովակ, որի ներսի տրամագիծը 3.0մմ, արտաքինը՝ 4.1մմ, երկարությունը 150սմ, միացումը Լուեր-լոք տիպի: Բոլոր չափերի թույլատրելի տատանումը $\pm 1\%$ : Ճնշումը մինչեւ 60psi (4.5 bar): Ֆորմատ- հատ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար որակի սերտիֆիկատի/ների առկայությունը պարտադիր է: |