

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԼԵՅԿՈ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/16-2-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
63	Ջերմաչափ Էլեկտրոնային	Քենյեռն	<p>Ջերմաչափ բժշկական, Էլեկտրոնային: Ունի հեշտ կարգավորող հեղուկբյուրեղային Էկրան: Անվտանգ Է, չի պարունակում սնդիկ: Ջերմաստիճանի չափման տևողությունը՝ 4 րոպե: Ջերմաստիճանի չափման վերջում ձայնային ազդանշանի առկայություն: Վերջին չափման արդյունքի մասին հիշողության առկայություն, որը թույլ է տալիս հետևել հիվանդի ջերմաստիճանի դինամիկային: Ջերմաստիճանի չափման միջակայքերը՝ 32-42 °C: Չափման ճշտությունը՝ $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$: Ունի խոնավապաշտպան տուփ՝ պահպանման համար: Ավտոմատ անջատվելու հնարավորություն: Սնուցման մարտկոցի/ների ծառայության ժամկետը, 100 ժամ: Ջարմաստիճանի չափման ձևերը՝ թևատակի (աքսիլյար) և օրալ: Փաթեթավորումը՝ ջերմաչափ Էլեկտրոնային սնուցող մարտկոցով կամ մարտկոցներով, պլաստիկ կամ այլ խոնավապաշտպան կաղապարով, ներդիր թերթիկով, Փաթեթավորված տուփում: Նոր Է, չօգտագործված: Երաշխիքային ժամկետը մատակարարման պահից՝ 1 տարի:</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ЛЕЙКО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДԱՊՁԲ-2024/16-2-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
63	Ջերմաչափ Էլեկտրոնային	Քենյեռն	<p>Ջերմաչափ բժշկական, էլեկտրոնային: Ունի հեշտ կարգացվող հեղուկբյուրեղային էկրան: Անվտանգ է, չի պարունակում սնդիկ:</p> <p>Ջերմաստիճանի չափման տևողությունը՝ 4 րոպե: Ջերմաստիճանի չափման վերջում ձայնային ազդանշանի առկայություն: Վերջին չափման արդյունքի մասին հիշողության առկայություն, որը թույլ է տալիս հետևել հիվանդի ջերմաստիճանի դինամիկային: Ջերմաստիճանի չափման միջակայքերը՝ 32-42 °C: Չափման ճշտությունը՝ $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$: Ունի խոնավապաշտպան տուփ՝ պահպանման համար: Ավտոմատ անջատվելու հնարավորություն:</p> <p>Սնուցման մարտկոցի/ների ծառայության ժամկետը, 100 ժամ:</p> <p>Ջարմաստիճանի չափման ձևերը՝ թևատակի (աքսիլյար) և օրալ:</p> <p>Փաթեթավորումը՝ ջերմաչափ էլեկտրոնային սնուցող մարտկոցով կամ մարտկոցներով, պլաստիկ կամ այլ խոնավապաշտպան կաղապարով, ներդիր թերթիկով, Փաթեթավորված տուփում: Նոր է, չօգտագործված:</p> <p>Երաշխիքային ժամկետը մատակարարման պահից՝ 1 տարի:</p>