

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅ.ԷՍ.ՖԱՐՄԱ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/16-4-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
8	Extra Floppy	Terumo	Պետական պատվերով ստեղծված ծառայությունների մատուցման նպատակով ձեռք բերվող ուղղորդիչ լար: Ուղղորդիչ լարը հիդրոֆիլիկ ծածկույթով է: Ծայրի զսպանակը պլատինից է, զսպանակի մնացած մասը՝ չժանգոտվող պողպատից: Չսպանակին անցումը նիկել տիտանից՝ պատված պոլիտետրաֆլուորոէթիլենով (PTFE) հատուկ ծածկույթով: Ծայրի քաշը՝ 0.6 գրամ: Լարի անցումը ծայրին՝ 2մմ, պատված է սիլիկոնով: Լարի երկարությունը՝ 180սմ, տրամագիծը՝ 0.014° (0.36մմ): Լարի հատվածը չժանգոտվող մետաղից: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK որակի վկայականի առկայություն: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն:







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ЭЙ.ЭС.ФАРМА в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПЗР-2024/16-4-БПР< ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
8	Extra Floppy	Terumo	<p>Направляющий шнур, приобретаемый для предоставления услуг стентирования в рамках гос. заказа. Направляющий шнур должен иметь гидрофильное покрытие. Пружина кончика должна быть изготовлена из платины, остальная часть пружины - из нержавеющей стали. Пружинный переход должен быть никель-титановым со специальным покрытием из политетрафторэтиленом (PTFE). Вес кончика - не более 0,6 грамма. Переход шнура на кончик не более 2 мм, должен быть покрыт силиконом. Длина шнура - не менее 180 см, диаметр <math>0,014 \pm 0,36</math> мм. Сегмент шнура должен быть изготовлен из нержавеющей металла. CE MARK A сертификат качества требуется для любой поставленной партии. Новый, неиспользованный, в заводской стерильной упаковке. Включить технические характеристики, спецификации и правила использования в виде заводского руководства. Наличие по крайней мере 70% полного срока годности на момент доставки.</p>