

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դիվանտ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2024/15 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Sonoscape	E3, Sonoscape	E3	Sonoscape	"Շարժական ուլտրաձայնային համակարգ, համալրված առաջադեմ տեխնոլոգիաներով, ինչպիսիք են ամբողջական թվային լայն դիապազոնի ճառագայթի ձևավորումը, բազմալիքային գուգահեռ մշակումը, գունավոր դոպլերը, ուղղորդված էներգետիկ և սպեկտրալ դոպլերը, հյուսվածքային և գտված հարմոնիկ պատկերավորումները, ադմոլկի նվազեցման, տարածական համադրման, տրապեցանման պատկերավորումը: Կիրառման ոլորտներ. Մանկական որովայնային,

մանկական սրտաբանական, մանկական կմախքամկանային և հոդային հետազոտություններ, վահանագեղձ, տրանսկրանիալ, փոքր մասնիկների և անոթներ դուպլեքս հետազոտություններ:

Ցուցադրման Էկրան. Բարձր թողունակության գունավոր շեղուկ-բյուրեղային՝ 15,6 դույմ:

Ներկառուցված մարտկոց 90 բուպե առանց հոսանք աշխատանքի համար: Սկանավորման պահանջվող մեթոդները առնվազն՝

Էլեկտրոնային կոնվեքս, Էլեկտրոնային գծային, Էլեկտրոնային սրտաբանական ֆազային: Պատկերման պահանջվող ռեժիմները՝ 2D (B ռեժիմ), B ռեժիմի ավտոմատ կարգավորում, M-ռեժիմ, իմպուլս և անընդհատ ալիքային ռեժիմ PW/CW, գունավոր դոպլեր (CDI), հյուսվածքային և գտված հարմոնիկ ռեժիմ (THI/PHI), Էներգետիկ դոպլեր և ուղղորդված Էներգետիկ դոպլեր պատկերավորում (PDI/DPDI), Հյուսվածք-կախյալ պատկերավորում (TSI), տրապեցանման պատկերավորում:

Յուզադրման ռեժիմների  
համակցում՝ 256 մոխրագույնի  
մակարդակ, 2B ռեժիմ, 4B ռեժիմ, B  
+ CDI, B + PDI, B + M, B + PW, B +  
CDI + PW, B + PDI + PW, B + CW, B +  
CDI + CW, B + PDI + CW: Հարմունիկ  
պատկերավորում - բոլոր տվիչների  
հետ ակտիվացման  
հնարավորություն: Յուրաքանչյուր  
տվիչի և սկանավորման  
յուրաքանչյուր ռեժիմի համար երեք  
ընտրովի հաճախականությունների  
առկայություն: Անհատական  
ռեժիմներում պատկերի ստացման  
ալգորիթմի օպտիմալացման և  
ադմուկի նվազեցման  
հնարավորություն: Անատոմիական  
կառուցվածքների հայտնաբերումը  
բարելավելու համար  
օպտիմալացման առկայություն:  
Տրապեցանման պատկերավորում  
բոլոր գծային տվիչների օգնությամբ,  
կրծքագեղձի, անոթների, կմախքա-  
մկանային և վահանագեղձի  
պատկերավորման ռեժիմներում  
կիրառման համար: Անմիջապես ՌԲՁ  
համակարգին 3 տվիչի  
միաժամանակ միացում: Պատկերի  
ծևաչափը՝ ամբողջական,

բաժանված, բազմակի, ձախ / աջ,  
վերև / ներքևի պատկերավորում: B  
ռեժիմ՝ Ուլտրաձայնի ուժեղացում՝  
կարգավորվող, հորոլթյունը՝ 40 սմ,  
Պատկերի խոշորացում՝ 10 անգամ,  
Դինամիկ տիրույթը՝ 200 դբ:  
Հյուսվածքային պատկերավորման  
օպտիմիզացիայի 4 տեսակ (օրինակ  
՝ ճարպ, մկան, հեղուկ, նորմալ):  
Ավտոմատ օպտիմալացման  
առկայություն: Իմպուլս-ալիքային  
ռեժիմում արագության միջակայք  
0,01-12,3 մ / վ: PRF  
հաճախականություն՝ 1-16ԿՀց:  
Դիրքի և ծավալի կարգավորում  
իմպուլս ալիքային դոպլերի համար՝  
0,5-24 մմ: Անընդհատ ալիքային  
դոպլեր ռեժիմում արագության  
միջակայք՝ 0,01-42,7 մ/վ: PRF  
հաճախականություն՝ 1-48ԿՀց:  
Չափումներ և հաշվետվություններ.  
Բոլոր ստանդարտները B, M և  
դոպլեր ռեժիմներում: Որովայնի  
խոռոչ, կրծքագեղձ,  
սրտաբանություն, գինեկոլոգիա,  
մանկաբարձական,  
մանկաբուժական, փոքր մասեր,  
վահանագեղձ, տրանսկրանիալ,  
անոթային, ստանդարտ

<b>ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ</b>				
<b>предлагаемого товара</b>				
000 Диавант	в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом	представляет полное описание предлагаемого им товара.	предлагается	<p>կենսաչափության հաշվետվություններ և օգտագործողի կողմից ընտրովի հաշվետվություններ, բոլոր հաշվետվությունները ավտոմատ կերպով պահվում են համակարգում: Էլեկտրաէներգիայի սնուցումը՝ 220Վ / 50Հց: Տվիչների լրակազմ՝ Էլեկտրոնային կրկնէքս, ՀՀ ԱՆ ԷԼԱԸԱՊԻԶ-2024/15 ՈՒՅԷ Հաճախականությունը՝ 1-ից 7 ՄՀց: Բացվածքը՝ 50 մմ: Էլեկտրոնային գծային Հաճախականությունը՝ 4-ից 16 ՄՀց: Բացվածքը՝ 53 մմ: Էլեկտրոնային ֆազային սրտաբանական տվիչ. Հաճախականությունը՝ 1-ից 6 ՄՀց: Բացվածքը՝ 90 աստիճան: Երաշխիք՝ 12 ամիս: Համակարգի կարգաբերում և ուսուցում սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից: Սարքը նոր է, չօգտագործված, մատակարարման պահին ոչ ավել քան 1 տարվա արտադրության: Պարագաներ՝ Հավաքածուն ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ պարագաները սարքավորման ամբողջական գործարկման համար, ներառյալ համապատասխան</p>
Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя
3				

					տակդիր անիվների վրա: Որակի վկայականներ (առկայություն) ISO13485: CE Mark (Directive 93/42/EEC):"
--	--	--	--	--	--