

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդտեխստրվիս ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/15 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Պացիենտի սայլակ, տեղափոխելու համար	Պացիենտի սայլակ, տեղափոխելու համար	Պացիենտի սայլակ, տեղափոխելու համար	China	Պացիենտի սայլակ հիվանդների տեղափոխման համար: Ընդհանուր չափս (Ե x Լ)՝ 1930x640 մմ, շեղում ոչ ավելի քան 2%: Բարձրության կարգաբերում ոչ պակաս քան 540-840 մմ միջակայքում: Շրջանակը՝ մետաղական, Բարձրությունը կարգավորվող, Գլխի հատվածը կարգավորվող, Կողային ռելսեր՝ ծավրոկ կողային ռելսերի առկայություն, Արգելակման համակարգի առակայություն, Վերևում ֆիքսված փափուկ լվացվող պաստառապատմամբ, հրակայուն, Անիվներ՝ ոչ պակաս քան չորս

				<p>անձայն անիվներ, տրամագիծը՝ ոչ պակաս քան 125 մմ, Բեռնման հզորությունը՝ ոչ պակաս քան 200 կգ, Թիկունքի հատվածի կարգավորումը՝ ոչ պակաս քան 0-75° միջակայքում, Լրակազմը ներառում է՝ ներերակային կաթիլային շտատիվ, շտատիվի տեղադրման առնվազն 2 տեղ: Գունային համադրությունը անհրաժեշտ է համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Բացում, հավաքում և տեղադրումը իրականացվում է մատակարարի կողմից: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Երաշխիքային ժամկետը ոչ պակաս քան 12 ամիս: Որակի վկայականներ (առկայություն)՝ ISO 13485 կամ համարժեք, CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2024/15 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	Պացիենտի սայլակ, տեղափոխելու համար	Պացիենտի սայլակ, տեղափոխելու համար	Պացիենտի սայլակ, տեղափոխելու համար	China	Պացիենտի սայլակ հիվանդների տեղափոխման համար: Ընդհանուր չափս (Ե x L)՝ 1930x640 մմ, շեղում ոչ ավելի քան 2%: Բարձրության կարգաբերում ոչ պակաս քան 540-840 մմ միջակայքում: Շրջանակը՝ մետաղական, Բարձրությունը կարգավորվող, Գլխի հատվածը կարգավորվող, Կողային ռելսեր՝ ծավրոկ կողային ռելսերի առկայություն, Արգելակման համակարգի առակայություն, Վերևում ֆիքսված փափուկ լվացվող պաստառապատմամբ, հրակայուն, Անիվներ՝ ոչ պակաս քան չորս

				<p>անձայն անիվներ, տրամագիծը՝ ոչ պակաս քան 125 մմ, Բեռնման հզորությունը՝ ոչ պակաս քան 200 կգ, Թիկունքի հատվածի կարգավորումը՝ ոչ պակաս քան 0-75° միջակայքում, Լրակազմը ներառում է՝ ներերակային կաթիլային շտատիվ, շտատիվի տեղադրման առնվազն 2 տեղ: Գունային համադրությունը անհրաժեշտ է համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Բացում, հավաքում և տեղադրումը իրականացվում է մատակարարի կողմից: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Երաշխիքային ժամկետը ոչ պակաս քան 12 ամիս: Որակի վկայականներ (առկայություն)՝ ISO 13485 կամ համարժեք, CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք:</p>
--	--	--	--	--