ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Լաբտեխ Գրուպ ՍՊԸ-ն ԲԿԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/8 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Analysette-22 NeXT Nano	Analysette-22 NeXT Nano	Analysette-22 NeXT Nano	FRITSCH GERMANY	Չափման միջակայքը՝ 0,01 – 3800 մկմ, Վերլուծության մեթոդ՝ Ստատիկ լույսի ցրում (լազերային դիֆրակցիա), Վերլուծության տեսակ՝ Պինդ մարմինների, կախույթների և էմուլսիաների մասնիկների չափի թաց չափում, Չափման արժեք՝ Մասնիկների չափ, Տեսություն՝ Ֆրաունհոֆեր, Մի Ստանդարտ առնվազն ISO 13320, Օպտիկական դիզայն՝ Reverse Fourier դիզայն, Լազեր կանաչ (λ = 532 նմ, մոտ 1 մՎտ) Լազերի ճառագայթների հավասարեցում՝ Ավտոմատ, Լազերի դաս՝ ըստ IEC

						60825-1 դասի 1 Լազերի ծառայության ժամկետ Առնվազն 10000 ժամ, Դետեկտոր Հատուկ նախագծված կիսահաղորդչային դետեկտոր, Դետեկտորային ալիքների քանակ՝ Ոչ ավելի, քան 60 տարր, Մեծ անկյան դետեկտորներ՝Այո, Հետ ցրման ալիքներ՝ Այո, Չափվող բջիջ տեղակայված է լազերային ճառագայթի նկատմամբ որևէ անկյան տակ, որպեսզի գրանցվի ցրման շատ մեծ անկյուններ, Օպտիկական տարրեր դետեկտորի և չափիչ բջիջի միջև - օպցիոն Չափման տիպիկ ժամանակ 5 – 10 վրկ (անհատական չափման արժեքի գրանցում) 1 րոպե (ամբողջ չափման ցիկլը), Գնահատում Մասնիկների չափի բաշխումը որպես ընդհանուր կորի, գծապատկերի կամ աղյուսակի տեսքով Չուտ քաշը 25+/-3 կգ, Չափերը (լ x խ x բ) 65 x 32 x 30 սմ +/-3 սմ, Աշխատանքը վերահսկելու, պարամետրերը փոխելու և անհատական համակարգչի միջոցով վերլուծության տեխնիկա ստեղծելու հնարավորություն ՝ Այո Կառավարման համակարգչի վրա

						նախապես տեղադրված ծրագրակազմը թույլ տա. Է տալիս -Ֆրաունհոֆերի և Միի տեսությունների վերաբերյալ տվյալների վերլուծություն; -չափման գործընթացի վերահսկում ստանդարտի միջոցով գործառնական ընթացակարգեր; -անհատական հաշվետվությունների և սխեմաների ստեղծում; -համեմատական կորերի և Min-Max գրաֆիկների կառուցում; -տվյալների ելք՝ օգտագործողի կողմից կամայականորեն սահմանված արժեքների աղյուսակային ձևով; -վիճակագրական տվյալների մշակում; -համեմատական տվյալների ձեռքով մուտքագրում; -մաղման արդյունքների հաշվառում; -այլ չափման մեթոդների արդյունքների վերահաշվարկ; -տվյալների արտահանում Excel™; -տվյալների բազայի որոնում՝ հիմնված SQL-ի վրա Երաշխիքային ժամկետ՝ Առնվազն 24 ամիս, Էլեկտրամատակարարում՝ 220 (+10-15%) V, 50-60 Հց, Ծրագրային ապահովում MaS կառավարման

						ծրագրակազմ՝ համակարգչում նախապես տեղադրված չափումների արդյունքները վերահսկելու, գրանցելու և գնահատելու համար, ներառյալ. մոնիտոր, ստեղնաշար և մկնիկ: Համակարգի պահանջներ (հաճախորդի կողմից տրամադրվող համակարգիչների համար) Ստանդարտ Windows համակարգիչ, 4 ԳԲ RAM, առնվազն Windows 10, USB պորտ, մոնիտոր, ստեղնաշար, մկնիկ: ԹԱՑ ԴԻՍՊԵՐՍԻՈՆ ՄԻԱՎՈՐ Թաց դիսպերսման տեսակը Փակ հեղուկի շրջանառության համակարգ Սուսպենզիայի ծավալը 150 – 500 մլ, փոփոխական Ռադիկալ պոմպ Կարգավորվող արագությամբ 3.5 լ/րոպե պոմպային կախոցների համար Նյութեր՝ նմուշների ցիրկուլյացիոն համակարգում Բարձրորակ չժանգոտվող պողպատ 316L, PTFE, BK7 ապակի, Viton®, LEZ SIL®-ից պատրաստված խողովակներ Բենզինի, սպիրտների և այլ օրգանական լուծիչների օգտագործման հնարավորությունը որպես դիսպերս միջավայր Այո Փոխակերպման հավաքածու՝

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ЛАБТЕХГРУП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом РЧЧЧ-ЕШЖЦЧЗР-24/8 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Analysette-22 NeXT Nano	Analysette-22 NeXT Nano	Analysette-22 NeXT Nano	FRITSCH GERMANY	Չափման միջակայքը՝ 0,01 – 3800 մկմ, Վերլուծության մեթոդ՝ Ստատիկ լուսյան ցրում (լազերային դիֆրակցիա), Վերլուծության տեսակ՝ Պինդ մարմինների, կախույթների և էմուլսիաների չափ՝ թաց չափում, Չափման արժեք՝ Մասնիկների չափ, Տեսություն՝ Ֆրաունհոֆեր, Մի քանի ստանդարտ առնվազն ISO 13320, Օպտիկական դիզայն՝ Reverse Fourier դիզայն, Լազերի կանաչ (λ = 532 նմ, մոտ 1 մՎտ) լազերի ճառագայթների հավաստիացում՝ Ավտոմատ, Լազերի դաս՝ ըստ IEC 5+/-0.5 կգ Չափերը (լ x խ x բ) 30 x ծայրահեղ քիմիական դիմադրության համար (ցանկալի է) Նմուշի նյութի բնութագրերը Կախույթներ, էմուլսիաներ և պինդ նյութեր, որոնք չեն ագլոմերացվում, չեն լուծվում դիսպերսիոն հեղուկներում կամ վատ են լուծվում կամ կպչուն են Նմուշի քանակությունը 10 մգ (մկմ-ով բնութագրվող) մինչև մի քանի գրամ (մմ-ով բնութագրվող)՝ կախված նմուշի տեսակից և մասնիկների չափից Գործառնական ռեժիմների վերահսկում համակարգչի միջոցով Ավտոմատ Չափված նմուշը հեռացնելու համակարգչի միջոցով Ավտոմատ Այո Չուտ քաշը 13+/-1 կգ Չափերը (լ x խ x բ) 30 x 30 x 30 սմ +/-3 ՕՐԼՏՉԱՅՅԿՅԲՆ ՏՕՐՓ ելք կարգավորելի առնվազն մինչև 50 Վտ Նմուշների ցիրկուլյացիոն համակարգում օգտագործվող պոլիպրոպ 316L, Viton®, LEZ SIL®-ից պատրաստված խողովակներ Նմուշի բնութագրեր Կախույթներ, էմուլսիաները և պինդ նյութեր, որոնք ագլոմերացվում են Մաքրման քաշը՝ Ավտոմատ, Լազերի դաս՝ ըստ IEC

					10 x 60 x 826 մմ (դ x ե x խ) Ամրացումը ծալովի աղյուսակի վրա Ներքևի մասում 1000 հատ տեղ ունեցող տուփ Ոլորտային ծրագրի ներդրման ալիքների քանակ՝ 60 դիապազոն Մեծ սահուն պրեզենտացիոն էկրան Ստանդարտ պարզ լարային ինտերֆեյսով Ոտնակային կառավարման հնարավորությամբ Մագնիսական կպչուն հենակներ Անկյունային Օդափոխության անցքեր Ներքևի մասում - օպցիոնալ Ստանդարտ ալիքների քանակ՝ 5 Ահազանգման (համակարգի աշխատանքի դադարեցման) ալիքների քանակ՝ 2 որպես ընդհանուր կորի,
					գծապատկերի կամ աղյուսակի տեսքով Ձուտ քաշը 25+/-3 կգ, Չափերը (լ x խ x բ) 65 x 32 x 30 սմ +/-3 սմ, Աշխատանքը վերահսկելու, պարամետրերը փոխելու և անհատական համակարգչի միջոցով վերլուծության տեխնիկա ստեղծելու հնարավորություն՝ Այո Կառավարման համակարգչի վրա

						նախապես տեղադրված ծրագրակազմը թույլ տա. Է տալիս -Ֆրաունհոֆերի և Միի տեսությունների վերաբերյալ տվյալների վերլուծություն; -չափման գործընթացի վերահսկում ստանդարտի միջոցով գործառնական ընթացակարգեր; -անհատական հաշվետվությունների և սխեմաների ստեղծում; -համեմատական կորերի և Min-Max գրաֆիկների կառուցում; -տվյալների ելք՝ օգտագործողի կողմից կամայականորեն սահմանված արժեքների աղյուսակային ձևով; -վիճակագրական տվյալների մշակում; -համեմատական տվյալների ձեռքով մուտքագրում; -մաղման արդյունքների հաշվառում; -այլ չափման մեթոդների արդյունքների վերահաշվարկ; -տվյալների արտահանում Excel™; -տվյալների բազայի որոնում՝ հիմնված SQL-ի վրա Երաշխիքային ժամկետ՝ Առնվազն 24 ամիս, Էլեկտրամատակարարում՝ 220 (+10-15%) V, 50-60 Հց, Ծրագրային ապահովում MaS կառավարման

						ծրագրակազմ՝ համակարգչում նախապես տեղադրված չափումների արդյունքները վերահսկելու, գրանցելու և գնահատելու համար, ներառյալ. մոնիտոր, ստեղնաշար և մկնիկ: Համակարգի պահանջներ (հաճախորդի կողմից տրամադրվող համակարգիչների համար) Ստանդարտ Windows համակարգիչ, 4 ԳԲ RAM, առնվազն Windows 10, USB պորտ, մոնիտոր, ստեղնաշար, մկնիկ: ԹԱՑ ԴԻՍՊԵՐՍԻՈՆ ՄԻԱՎՈՐ Թաց դիսպերսման տեսակը Փակ հեղուկի շրջանառության համակարգ Սուսպենզիայի ծավալը 150 – 500 մլ, փոփոխական Ռադիկալ պոմպ Կարգավորվող արագությամբ 3.5 լ/րոպե պոմպային կախոցների համար Նյութեր՝ նմուշների ցիրկուլյացիոն համակարգում Բարձրորակ չժանգոտվող պողպատ 316L, PTFE, BK7 ապակի, Viton®, LEZ SIL®-ից պատրաստված խողովակներ Բենզինի, սպիրտների և այլ օրգանական լուծիչների օգտագործման հնարավորությունը որպես դիսպերս միջավայր Այո Փոխակերպման հավաքածու՝

						ծայրահեղ քիմիական դիմադրության համար (ցանկալի է) Նմուշի նյութի բնութագրերը Կախույթներ, էմուլսիաներ և պինդ նյութեր, որոնք չեն ագլոմերացվում, չեն լուծվում դիսպերսիոն հեղուկներում կամ վատ են լուծվում կամ կպչուն են Նմուշի քանակությունը 10 մգ (մկմ-ով բնութագրվող) մինչև մի քանի գրամ (մմ-ով բնութագրվող)՝ կախված նմուշի տեսակից և մասնիկների չափից Գործառնական ռեժիմների վերահսկում համակարգչի միջոցով Ավտոմատ Չափված նմուշը հեռացնելու համակարգ Այո Զուտ քաշը 13+/-1 կգ Չափերը (լ x խ x բ) 30 x 30 x 30 սմ +/-3 ՈՒԼՏՐԱՁԱՅՆԱՅԻՆ ՏՈՒՓ ելք կարգավորելի առնվազն մինչև 50 Վտ Նմուշների ցիրկուլյացիոն համակարգում օգտագործվող նյութեր Բարձրորակ չժանգոտվող պողպատ 316L, Viton®, LEZ SIL®-ից պատրաստված խողովակներ Նմուշի բնութագրեր Կախույթներ, էմուլսիաներ և պինդ նյութեր, որոնք ագլոմերացվում են Մաքուր քաշը՝ 5+/-0.5 կգ Չափերը (լ x խ x բ) 30 x

					10 x 30 սմ (+/-3 սմ) Առաքումը պետք է ներառվի. - լազերային մասնիկների չափսեր 1 հատ; - խոնավ ցրման միավոր 1 հատ; - Ուլտրաձայնային տուփ ցրման համար 1 հատ; - Խոնավ դիսպերսիոն միավորի չափիչ բջիջի պահեստային ապակի 2 հատ; - Ստանդարտ կնիքների հավաքածու հոսքի չափման բջիջի համար 1 հատ; - Արտաքին պոմպ ջրի մատակարարման համար թաց ցրման միավոր 1 հատ: Գործառնական փաստաթղթերի փաթեթը ներառում է. - շահագործման ձեռնարկ ռուսերեն և/կամ անգլերեն; - սպասարկման հրահանգ ռուսերեն և/կամ անգլերեն: Երշխիքային ժամկետ՝ 2 տարի: