

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ար.մեդտեխնիկա ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/16-9-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | |
|-----------------|--------------------|------------------------|--|
| | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 1 | LiveLungs | ООО "Медкомплекс" " | <p>1. Վարժասարքը անատոմիական ճշգրիտ ուղեկցված իրատեսական մարդկային իրան է՝ ինտուբացիայի հմտությունները կիրառելու համար:</p> <p>2. Վարժասարքը պետք է թույլ տա զարգացնել հետևյալ մանիպուլյացիաները՝ 1. Գլուխը ետ գցել 2. Ստորին ծնոտի առաջքաշում 3. Լարինգոսկոպի օգտագործում ինտուբացիայի համար 4. Օդային խողովակների տեղադրում բերանի և քթի միջոցով 5. Ինտուբացիոն խողովակի և լարինգեալ դիմակի օգտագործում 3. Թոքերի ճիշտ օդափոխության ժամանակ նկատվում է կրծքավանդակի էքսկուրսիա: 4. Վարժասարքի ծրագրակազմը վերահսկում և տալիս է քանակական և որակական գնահատականներ հետևյալ մանիպուլյացիաներն իրականացնելիս՝ 1. Գլխի ետ գցում - գնահատական այո/ոչ : 2. Ստորին ծնոտի առաջքաշում - գնահատական այո/ոչ : 3. Վերին ծնոտի վրա չափազանց սեղմում - գնահատական այո/ոչ : 4. Լարինգեալ խողովակի տեղադրումը 20-ից 22 սմ խորության վրա - գնահատական այո/ոչ: 5. Կոր սեպի ծայրի տեղադրում</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>վալեկուլայում - գնահատական այո/ոչ: 6. Օդափոխության ծավալ - միլիլիտրերով չափում : 7. Օդափոխության տևողություն - միլիվայրկյաններով չափում: 8. Օդափոխությունների միջև ընկած ժամանակ՝ միլիվայրկյաններով չափում: 9. Ստամոքսի օդափոխություն - գնահատական այո/ոչ : 10. Օդափոխություն մեկ բրոնխի մեջ - գնահատական այո/ոչ : 11. Օդափոխությունները քանակը թույլտվում 5. Գնահատման արդյունքների պահպանման, ներբեռնման և դիտման հնարավորության առկայություն: 6. Բարդեցված ինտուբացիայի նմանակում/իմիտացիա՝ 1. Լեզվի այտուց 2. Լարինգոսպազմ 7. Առևտրապահի միջոցով ինտուբացիայի ճշտության վերահսկում: 8. Իրանի անլար կապ հրահանգչի համակարգչի հետ Wi-Fi ցանցի միջոցով՝ վարժասարքը կառավարելու համար: 9. Համալրում՝ Իրան՝ հավաք վիճակում - 1 հատ: Նոթբուք - 1 հատ: Մալուխների հավաքածու - 1 հատ: Ձեռնարկ - 1 հատ: 10. Ապրանքը նոր է և չօգտագործված: Երաշխիք - որ պակաս, քան՝ 12 ամիս մատակարարման պահից 11 Արժեքն իր մեջ ներառում է սիմուլյատորների կարգաբերումը, աշխատանքային անձնակազմին շահագործմանը և շահագործման կանոնների ուսուցանումը</p> |
|--|--|--|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ар.Медтехника ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПЗР-2024/16-9-БПРЗ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | |
|------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------|
| | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 1 | ЛайвЛангс | | |