

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/30 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	BI9800TL+12	BI9800TL+12	BI9800TL+12	Biomedical Instruments Co., Ltd, China	Հոլտեր համակարգ իր ծրագրով; Ալիքներ` 12; Թողունակությունը` 16 բիթ; Ձայնագրման ժամանակը` 48 ժամ; Ձայնագրում. Ամբողջական բացահայտում; Գրանցում է տվյալները կոմպակտ ֆլեշ քարտի վրա` առանց սեղմման; Սեղմում` չկա; Նմուշառման արագությունը. 128 վայրկյանում; Հաճախականությունը` 0,05 Հց-ից մինչև 60 Հց միջակայքում +-3db դԲ; Ազդանշանի ստուգում. Խոշոր LCD` արտածումների քարտեզով; Կարդիոստիմուլյատորի հայտնաբերում. Ծրագրավորվող

				<p>միացում / անջատում՝ կարգավորվող շեմով; Մարտկոց. առկա; Փաթեթը ներառում է. Հոլտերի մոնիտոր (մոնիտորինգ 24 ժամ) - 2 հատ; EՍԳ ձայնագրման համար նախատեսված ծրագիր և USB բանալի՝ 2 հատ; EՍԳ մալուխ 5 լարանի -2 հատ; Պաշտպանիչ պատյան - 2 հատ; EՍԳ էլեկտրոդներ՝ 60 հատ; Լրակազմ և պարագաներ. Տեղադրում և մեկնարկ ; Աշխատակազմի ուսուցում տեղում ; Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն; Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված; Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար; Երաշխիքը 24 ամիս; Որակի վկայականներ. (առկայություն); -ISO13485; -CE Mark (2017/745 (MDR)):</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Մեդիտեխսերվիս ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԷԸՃԱՊԶԲ-2024/30 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
5	BI9800TL+12	BI9800TL+12	BI9800TL+12	Biomedical Instruments Co., Ltd, China	Холтеровский регистратор со своей программой Каналы: 12 Разрешение: 16 bit Время записи: 48hrs Запись: Полное раскрытие Запись данных на компактную флэш-карту без сжатия Сжатие: отсутствует Частота дискретизации: 128 выборок в секунду Частотная характеристика: в диапазоне от 0,05 Гц до 60 Гц +-3 дБ Проверка сигнала: Большой ЖК-дисплей с картой наведения Обнаружение кардиостимулятора: Программируемое включение / выключение с регулируемым

				<p>порогом Батарея: наличие Пакет включает: Холтеровский монитор (мониторинг 24 часа) - 2шт Программное обеспечение для записи ЭКГ и USB-ключ - 2шт Кабель для ЭКГ с проводами 5-ти выводный -2шт Защитный чехол - 2шт Электроды для ЭКГ - 60шт Комплектация и аксессуары: Установка и пуско-наладочные работы. Обучение персонала на месте. Руководство пользователя на английском языке. Оборудование новое, неиспользованное. В комплект входят все необходимые дополнительные устройства и аксессуары для полноценной работы оборудования. Гарантия 24 месяцев. Сертификаты качества (наличие): ИСО 13485. CE Mark (2017/745 (MDR)):</p>
--	--	--	--	--