

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ -ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/31 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |          |                        |   |
|--------------------|-----------------------|----------|------------------------|---|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | մակնիշը  | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 1                  | HI981033              | HI981033 | Hanna Instruments      | pH միջակայքը - 0-12 pH լուծաչափը-0.01 pH<br>ճշգրտություն-(25°C/77°F)-±0.05 pH տրամաչափումը-<br>ավտոմատ, երկու կետ, Ապակյա Էլեկտրոդով<br>Սարքավորումը պետք է լինի նոր (առնվազն վերջին 1<br>տարվա արտադրանք), չօգտագործված և չպետք է<br>պարունակի օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ:<br>Սարքավորումը մատակարարումից առաջ<br>համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Փաթեթը<br>ներառում է 1 տարի երաշխիք: |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/31 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |          |                            |  |
|------------|------------------------|----------|----------------------------|--|
|            | фирменное наименование | марка    | наименование производителя | технические характеристики   |
| 1          | HI981033               | HI981033 | Hanna Instruments          | <p>pH միջակայքը - 0-12 pH լուծաչափը-0.01 pH ճշգրտություն-(25°C/77°F)-±0.05 pH տրամաչափումը-ավտոմատ, երկու կետ, Ապակյա էլեկտրոդով Սարքավորումը պետք է լինի նոր (առնվազն վերջին 1 տարվա արտադրանք), չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ:</p> <p>Սարքավորումը մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Փաթեթը ներառում է 1 տարի երաշխիք:</p> |