

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ -ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/31 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	ՈՄ-1Ե	ՈՄ-1Ե	ՈՄ-1Ե	<p>1. Ավտոմատ վերցված նմուշների ծավալը՝ 100 և 250 լ (50, 100, 250, 500, 1000 լ); 2. Ծավալային հոսքը - ոչ ավելի, քան 300 լ / րոպե; 3. 50% արդյունավետությամբ գրաված աերոզոլային մասնիկների տրամագիծը ոչ ավելի, քան 1,4 մկմ; 4. Միկրոօրգանիզմների որոշված կոնցենտրացիաների միջակայքը կազմում է 25....1*10<sup>4</sup> ԳԱՄ մ<sup>3</sup>; 5. Էլեկտրա-մատակարարում - 220Վ; 6. Ներկառուցված մարտկոց; 7. Սարքի չափերը, ոչ ավելի, քան -160x140x127 մմ; 8. Քաշը - 2,0 կգ: Սարքավորումը պետք է լինի նոր (առնվազն վերջին 1 տարվա արտադրանք), չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Սարքավորումը մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Փաթեթը ներառում է 1 տարի երաշխիք: Ձերմաստիճանը՝ +5 - +80°C, Ճշգրտությունը՝</p>

				<p>± 0.5 օC, Տարողությունը՝ 30լ, Հզորությունը՝ 150Կտ Սարքավորումը պետք է լինի նոր (առնվազն վերջին 1 տարվա արտադրանք), չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Սարքավորումը մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Փաթեթը ներառում է 1 տարի երաշխիք:</p>
--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

«Պրիմա Լար» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/31 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	марка	наименование производителя	технические характеристики
7	ПУ-1Б	ПУ-1Б	ПУ-1Б	<p>1. Ավտոմատ վերցված նմուշների ծավալը՝ 100 և 250 լ (50,100,250,500,1000 լ); 2. Ծավալային հոսքը - ոչ ավելի, քան 300 լ / րոպե; 3. 50% արդյունավետությամբ գրաված աերոզոլային մասնիկների տրամագիծը ոչ ավելի, քան 1,4 մկմ; 4. Միկրոօրգանիզմների որոշված կոնցենտրացիաների միջակայքը կազմում է 25....1*104 ԳԱՍ մ3; 5. Էլեկտրա-մատակարարում - 220Վ; 6. Ներկառուցված մարտկոց; 7. Սարքի չափերը, ոչ ավելի, քան -160x140x127 մմ; 8. Քաշը - 2,0 կգ: Սարքավորումը պետք է լինի նոր (առնվազն վերջին 1 տարվա արտադրանք), չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Սարքավորումը մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Փաթեթը ներառում է 1 տարի երաշխիք: Ձերմասստիճանը՝ +5 - +80օC, Ճշգրտությունը՝</p>

				<p>± 0.5 օC, Տարողությունը՝ 30լ, Հզորությունը՝ 150Կտ Սարքավորումը պետք է լինի նոր (առնվազն վերջին 1 տարվա արտադրանք), չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Սարքավորումը մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Փաթեթը ներառում է 1 տարի երաշխիք:</p>
--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------