

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ -ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/31 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
26	Bertin minilxs	Bertin minilxs	Bertin minilxs	<p>Հատուկ նախագծված է փոքր լաբորատորիաների համար: Սարքը աշխատում է bead-երի միջոցով՝ եռաչափ շարժմամբ: Թույլ է տալիս ստանալ նմուշներ ԴՆԹ/ՌՆԹ, սպիտակուցների և փոքր մոլեկուլների ուսումնասիրման համար: Թույլ է տալիս միաժամանակ հոմոգենիզացնել կամ մինչև 3 նմուշներ՝ 0.5 մլ և 2 մլ փորձանոթներում, կամ 1 նմուշ՝ 7 մլ փորձանոթներում: Արագության առնվազն 3 ռեժիմներ՝ 3000, 4000 և 5000 պտ/ր Փակման համակարգը՝ մանուալ Ցիկլի տևողությունը՝ առնվազն 5-240 վ Աղմուկը՝ ոչ ավել, քան 71 դԲ 7 մլ փորձանոթների շտատիվ, 12 տեղանոց Ցենտրիֆուգի ադապտորներ՝ 7 մլ փորձանոթների համար 2 մլ ծավալով հոմոգենիզացիայի հավաք՝ փափուկ հյուսվածքների համար Սարքը կարող է լինել Bertin-technologies, Bio Rad, Thermo Fisher</p>

				<p>Scientific, Biosan, Agilent ընկերություններից մեկի արտադրանք: Մատակարարը պետք է տեղադրի սարքը և կատարի անձնակազմի ուսուցումը: Մատակարարը պետք է ներկայացնի արտադրողի լիազորագիր՝ վերջնական օգտագործողի և մրցույթի համարի նշումով Փաթեթը ներառում է 1 տարի երաշխիք:</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«Պրիմա Լար» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/31 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	марка	наименование производителя	технические характеристики
26	Bertin minilxs	Bertin minilxs	Bertin minilxs	<p>Հատուկ նախագծված է փոքր լաբորատորիաների համար: Սարքը աշխատում է bead-երի միջոցով՝ եռաչափ շարժմամբ: Թույլ է տալիս ստանալ նմուշներ ԴՆԹ/ՌՆԹ, սպիտակուցների և փոքր մոլեկուլների ուսումնասիրման համար: Թույլ է տալիս միաժամանակ հոմոգենիզացնել կամ միջև 3 նմուշներ՝ 0.5 մլ և 2 մլ փորձանոթներում, կամ 1 նմուշ՝ 7 մլ փորձանոթներում: Արագության առնվազն 3 ռեժիմներ՝ 3000, 4000 և 5000 պտ/ր Փակման համակարգը՝ մանուալ Ցիկլի տևողությունը՝ առնվազն 5-240 վ Աղմուկը՝ ոչ ավել, քան 71 դԲ 7 մլ փորձանոթների շտատիվ, 12 տեղանոց Ցենտրիֆուգի ադապտորներ՝ 7 մլ փորձանոթների համար 2 մլ ծավալով հոմոգենիզացիայի հավաք՝ փափուկ հյուսվածքների համար Սարքը կարող է լինել Bertin-technologies, Bio Rad, Thermo Fisher</p>

				<p>Scientific, Biosan, Agilent ընկերություններից մեկի արտադրանք: Մատակարարը պետք է տեղադրի սարքը և կատարի անձնակազմի ուսուցումը: Մատակարարը պետք է ներկայացնի արտադրողի լիազորագիր՝ վերջնական օգտագործողի և մրցույթի համարի նշումով Փաթեթը ներառում է 1 տարի երաշխիք:</p>
--	--	--	--	---