

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Էներջի Գրուպ» ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/31 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | |
|--------------------|-----------------------|-----------|------------------------|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 18 | Hanna Instruments | HI5222-02 | Hanna | <p>Hannah Instruments: pH/mV/ISE և EC/TDS/աղայնության /դիմադրողականության որոշող իոնաչափեր, LCD էկրանով, զգայուն ստեղներով, pH տիրույթը՝ -2.0 to 20.0 pH / -2.00 to 20.00 pH / -2.000 to 20.000 pH;</p> <p>ճշտությունը՝ 0.1 pH / 0.01 pH / 0.001 pH, 5 կետերում տրամաչափման հնարավորությամբ, -20.0 to 120.0 °C աշխատանքային տիրույթով, ՕԿՊ տիրույթը՝ ±2000.0 մՎ</p> <p>Ճշտությունը՝ 0.1 մՎ, ISE տիրույթը՝ 10⁻⁷-ից 10M/ 0.005-ից 105 ppm/ 5·10⁻⁷-ից 5·10⁷ կոնց. EC տիրույթը՝ 0-9.999 μS/սմ TDS տիրույթը՝ 0-9.999 ppm</p> <p>Սարքավորումը պետք է լինի նոր (վերջին 1 տարվա արտադրանք), չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Սարքավորումը մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Փաթեթը ներառում է 1 տարի</p> |

Երաշխիք:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО “Энерджи Групп” в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БТЛ-БЦΔΑΠΩΡ-24/31 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | |
|------------|------------------------|-------|----------------------------|----------------------------|
| | фирменное наименование | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 18 | | | | |