

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Էներջի Գրուպ» ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/31 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
19	Hanna Instruments	OT3099B	Hanna	<p>Hannah Instruments Iris Visible HI801, սպեկտրաչափ: Սարքը կարող է իրականացնել մի շարք անալիտիկ չափումների չափելով 340 նմ-ից մինչև 900 նմ սպեկտրային տիրույթում: Սարքը նախապես պարունակում է Էլեկտրոնային ծրագրավորված 80 լայնորեն օգտագործվող քիմիական վերլուծության մեթոդներ: Սարքը մատակարարվում է կյուվետի ադապտերներով՝ 16 մմ տրամագծով կլոր կյուվետ, 10 մմ քառակուսի կյուվետ, 13 մմ տրամագծով փոճանոթի համար նախատեսված : Լուծված թթվածնի միջակայքը 0,0-ից 10,0 մգ/լ (որպես O2) Լուծված թթվածնի չափման մեթոդ Ջրի և կեղտաջրերի հետազոտության ստանդարտ մեթոդների հարմարեցում, Ալկալայնության միջակայքը 0-ից 500 մգ/լ (որպես CaCO3) Ալկալիության բանաձեւը 1 մգ/լ Ալկալիականության ճշգրտություն ±5</p>

				<p>մգ/լ <math>\pm 5\%</math> ընթերցման Ալկալիության մեթոդ Գունաչափական մեթոդ Ծովի ջրի ալկալայնության միջակայքը 0-ից 300 մգ/լ (որպես <math>\text{CaCO}_3</math>) Ծովի ջրի ալկալիության բանաձեւը 1 մգ/լ Ծովի ջրի ալկալիականության ճշգրտություն <math>\pm 5</math> մգ/լ <math>\pm 5\%</math> ընթերցման Ծովի ջրի ալկալիականության մեթոդ Գունաչափական մեթոդ Այունմինի միջակայքը 0,00-ից 1,00 մգ/լ (որպես <math>\text{Al}^{3+}</math>) Այունմինի ճշգրտություն <math>\pm 0,04</math> մգ/լ <math>\pm 4\%</math> ընթերցման Անիոնային Մակերեւութային ակտիվ նյութերի միջակայքը 0,00-ից 3,50 մգ/լ (որպես SDBS) Բրոմի միջակայքը 0,00-ից 8,00 մգ/լ (որպես <math>\text{Br}_2</math>) Բրոմի ճշգրտություն <math>\pm 0.08</math> մգ/լ <math>\pm 3\%</math> ընթերցման Կալցիումի միջակայքը 0-ից 400 մգ/լ (որպես <math>\text{Ca}^{2+}</math>) Կալցիումի ճշգրտություն <math>\pm 10</math> մգ/լ <math>\pm 5\%</math> ընթերցման Քլորիդի միջակայքը 0,0-ից 20,0 մգ/լ (որպես <math>\text{Cl}</math>) Քլորիդների ճշգրտություն <math>\pm 0,5</math> մգ/լ <math>\pm 6\%</math> ընթերցման և այլն: Մատակարարվում է 22 մմ կյուվետով և կափարիչով, 10 մմ քառակուսի, 13 մմ կլոր և 16 մմ կլոր կյուվետի ադապտերներով, կուվետները սրբելու համար կտոր, մկրատ, USB, լիթիումի իոնային վերալիցքավորվող մարտկոց, 115VAC-ից 15VDC հոսանքի ադապտեր, USB կրիչ , հրահանգների ձեռնարկ և որակի սերտիֆիկատ: Սարքավորումը պետք է լինի սոր ( վերջին 1 տարվա արտադրանք), չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Սարքավորումը մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարը պետք է տեղադրի սարքը Փաթեթը ներառում է 1 տարի երաշխիք:</p>
--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО “Энерджи Групп” в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БТЛ-БЦΔΑΠΩΡ-24/31 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	марка	наименование производителя	технические характеристики
19				