

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն ԲԿԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/36 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	2R-G.002-18	Lamsys	2R-G.002-18	Ламинарные Системы	<p>Լաբորատոր պահարան՝ կենդանիների պահպանման համար: Նախատեսված է լաբորատոր կենդանիներով վանդակների պահպանման համար: Պահարանի օդը հնարավոր է մաքրել G4, HEPA և ածխածնային ֆիլտրերի միջոցով: Սարքի դիմային հատվածում առկա է դրա կարգավորման համար նախատեսված կարգավորման պանել՝ կոճակներով: Ունի ծխնիներով բացվող 2 դռներ: Ներառում է 6 հատ ծակոտկեն դարակներ՝ պատրաստված չժանգոտվող պողպատից:</p>

Դարակների միջև հեռավորությունը՝
390 մմ: Յուրաքանչյուր դարակի
վերևում կա 1 ՌԲՄ լամպ LED: Օդի
հեռացման համակարգի վերին
հատվածը հովանոցային տիպի է:
Ուտքերը՝ պտուտակային: Սարքի
աշխատանքային համակարգի
լեզուն՝ անգլերեն և ռուսերեն:
Սարքի միացման ցուցիչի
առկայություն: Կառավարման
համակարգը ունի
`1.Աշխատանքային խցիկի
լուսավորության միացման և
անջատման կոճակներ և
լուսավորության միացման ցուցիչ,
2.Քարշիչ համակարգի միացման և
անջատման կոճակներ և քարշիչ
համակարգի միացման ցուցիչ,
3.ՌԲՄ ճառագայթման միացման և
անջատման կոճակներ և ՌԲՄ
ճառագայթման միացման ցուցիչ,
4.ՌԲՄ ճառագայթման տևողության
ծրագրավորման հնարավորություն՝
մինչև ճառագայթման ցիկլի ավարտը
մնացած ժամանակի ցուցադրումով,
5. ՌԲՄ լամպերի աշխատանքի
ընդհանուր տևողության հաշվիչ,
6.Օդի հոսքի արագության
ավտոմատ կարգավորում և օդի

հոսքի հեռացման հաստատուն արագության ապահովում՝ անկախ HEPA ֆիլտրի աղտոտվածության աստիճանից: 7.Աշխատանքային նորմալ պայմանների խախտման դեպքում վիզուալ և ձայնային ազդանշանային համակարգերի ավտոմատ միացում,

8.Աշխատանքային խցիկից հեռացվող օդի ծավալի վերաբերյալ տեղեկատվության պատկերում իրական ժամանակում: Սարքի կողային և հետին պատերը՝ մետաղյա, ծխնիներով դռները՝ ապակյա, դիմացկուն ՌԲՄ ճառագայթման և ախտահանող լուծույթների նկատմամբ: Դռներից յուրաքանչյուրը ունի բռնակներ: Օդը ներքաշվում է պահարանի հիմքում առկա ծակոտիների միջոցով: Սարքը արտաքին օդափոխման համակարգին միանում է հովանոցային արտանետման համակարգի միջոցով, որը ունի կոմպենսացիոն ճեղք՝ բացառելու համար արտաքին օդափոխության համակարգի ազդեցությունը սարքի աշխատանքի վրա: Սարքը կառավարվում է

				<p>միկրոպրոցեսորային համակարգի միջոցով, ունի օդի հոսքի պարամետրերի չափման հնարավորություն; ապահովիչ և ներկառուցված սնուցման լար: Սարքի չափսերը՝ 1800 x 660 x 2042 մմ: Աշխատանքային խցիկի չափսերը պետք է լինեն՝ 1750 x 533 x 1250 մմ: Նախնական ֆիլտրերի քանակը՝ 2 HEPA ֆիլտրերի քանակը՝ 2 Ածխածնային ֆիլտրերի քանակը՝ 1 Սարքից դուրս եկող օդի որակը համապատասխանում է 5 ISO ստանդարտի պահանջներին: Մատակարարը պետք է տեղադրի սարքը և կատարի անձնակազմի ուսուցումը: Մատակարարը պետք է ներկայացնի արտադրողի լիազորագիր: Երաշխիքային ժամկետը 1 տարի</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Концерн-Энергомаш ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом F4F4-FCXU72F-24/36 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					