ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՏԵՆԴԵՐ ՊՐՈ» ՍՊԸ-ն ԲԿԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/38 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Դիլատոմետեր	Դիլատոմետեր	Դիլատոմետեր	Դիլատոմետեր	Հորիզոնական Դիլատոմետր Սարքը պետք է ներառի հետևալ տարրերը. Հովացման համակարգ (չիլլեր), վառարան, նմուշի տեղադրման համակարգ, էլեկտրականության սնուցման սարք, Windows-ի ծրագրակազմ, համակարգիչ: Վառարան նյութը SiC, ներառյալ փակ պաշտպանիչ խողովակը (Al2O3): Տաքացման արագությունը՝ 0,01 մինչև 50°C/րոպե: Տաքացման հնարավորություն մինչև 1750°C-ում չափումների համար, նմուշի տրամագիծը մինչև 7 մմ, նյութը Al2O3 - 2 հատ Հավաքածուն պետք է

					ներառի պարագաներ և էտալոնային նմուշ: Թերմոզույգ S տեսակի (RT-ից մինչև 1600°C) - 2 հատ Ժամանակակից Desktop-PC ներառյալ: Windows© OS 1 Lenovo i3-9100T, առնվազն 8GB RAM, առնվազն 256GB SSD, առնվազն 23,8'' էկրան կամ համեմատելի: Համակարգի մասին լրացուցիչ տեղեկություններ. Սարքը պետք ներառի ● Օպտիկական կոդավորչի և LVDT-ի համակցությունը պետք է հասանելի լինի ● Տեխնիկական տվյալների LVDT Լուծաչափ՝ առնվազն 0,03 նմ Չափման միջակայք՝ 10-ից մինչև 5000 մկմ Նմուշի երկարությունը՝ մինչև 50 մմ Նմուշի ճնշում 30 մՆ մինչև 1Ն Կարգավորելի շփման ճնշում ● Օպտիկական կոդավորիչի Տեխնիկական տվյալների Լուծաչափ՝ առնվազն 0,03 նմ Չափման միջակայք՝ 10-ից մինչև 5000 մկմ Նմուշի երկարությունը՝ մինչև 50 մմ Նմուշի ճնշումը 10 մՆ մինչև 5 Ն Կարգավորելի շփման ճնշում Նմուշի երկարության ավտոմատ որոշում ● Համակարգը նախագծով պետք է լինի վակուումային (10 -5 մբար),

						օրինակ. թթվածնի նկատմամբ զգայուն նյութերի թեստերի համար: ● , Նմուշի ճնշման ծրագրային վերահսկման հնարավորություն ընդարձակման ցուցանիշի մեծ արժեքով նմուշների համար: ● Ջեռուցման/սառեցման արագությունները պետք է լինեն 0-ից 50K/րոպե միջակայքում: ● Համակարգի համար պետք է հասանելի լինեն օգտագործողի կողմից փոխանակվող 7, 12 և 20 մմ նմուշների դիլատոմետր չափիչ համակարգեր: ● Համակարգը պետք է հնարավորություն ունենա թույլատրելու գազի ավտոմատ փոփոխությունները, եթե դա անհրաժեշտ է: ● Համակարգը պետք է մատակարարվի առնվազն 1 էտալոնային նմուշով (օրինակ՝ քվարց ապակի կամ Al2O3): ● Համակարգը պետք է աշխատի USB միացման հնարավորությամբ ● Հպման վահանակ դիլատոմետրի վրա ● Պետք է ներառված լինի «Ջերմային գրադարան» ճանաչման/համեմատման ծրագրակազմ: ● Կինետիկ գնահատման համար պետք է

						հասանելի լինեն կամընտիր ծրագրային փաթեթներ ● Դիլատոմետրի տվյալները. Ավելին, պետք է հասանելի լինի արագությամբ վերահսկվող թրծման (RCS) ծրագրակազմ: ● Պետք է հասանելի լինի կամընտիր Ավտոմատ տարհանման համակարգ ● Համակարգը պետք է կարողանա աշխատել ջրածնի պայմաններում՝ համապատասխան ընտրովի պարագաներով: ● Պետք է ներառվի համակարգային ռեժիմ, որն ապահովում է նմուշի լավագույն դիրքը չափման համակարգում: ● Համակարգը պետք է հարմարեցված լինի MS կամ FTIR համակարգերի միացման համար անջատվող գազերի՝ վերլուծության համար: ● Պետք է հասանելի լինեն տաքացվող ադապտերներ և փոխանցման գծեր FTIR կամ QMS միացման համար: Մատակարարը պետք է ներկայացնի Արտադրողի թույլտվության նամակ՝ վերջնական օգտագործողի և մրցույթի համարով: Մեկ տարի երաշխիք: Linseis horizontal single Dilatometer - DIL L75 HS կամ համարժեք: * «Գնումների մասին»

					ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջների համաձայն ցանկացած հղման դեպքում կիրառելի են «կամ համարժեք» բառերը:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«ՏԵՆԴԵՐ ՊՐՈ» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԲԿԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/38 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Դիլատոմետեր	Դիլատոմետեր	Դիլատոմետեր	Դիլատոմետեր	Հորիզոնական Դիլատոմետր Սարքը պետք է ներառի հետևալ տարրերը. Հովացման համակարգ (չիլլեր), վառարան, նմուշի տեղադրման համակարգ, էլեկտրականության սնուցման սարք, Windows-ի ծրագրակազմ, համակարգիչ: Վառարան նյութը SiC, ներառյալ փակ պաշտպանիչ խողովակը (Al2O3): Տաքացման արագությունը՝ 0,01 մինչև 50°C/րոպե: Տաքացման հնարավորություն մինչև 1750°C-ում չափումների համար, նմուշի տրամագիծը մինչև 7 մմ, նյութը Al2O3 - 2 հատ Հավաքածուն պետք է

					ներառի պարագաներ և էտալոնային նմուշ: Թերմոզույգ S տեսակի (RT-ից մինչև 1600°C) - 2 հատ Ժամանակակից Desktop-PC ներառյալ: Windows© OS 1 Lenovo i3-9100T, առնվազն 8GB RAM, առնվազն 256GB SSD, առնվազն 23,8'' էկրան կամ համեմատելի: Համակարգի մասին լրացուցիչ տեղեկություններ. Սարքը պետք ներառի ● Օպտիկական կոդավորչի և LVDT-ի համակցությունը պետք է հասանելի լինի ● Տեխնիկական տվյալների LVDT Լուծաչափ՝ առնվազն 0,03 նմ Չափման միջակայք՝ 10-ից մինչև 5000 մկմ Նմուշի երկարությունը՝ մինչև 50 մմ Նմուշի ճնշում 30 մՆ մինչև 1Ն Կարգավորելի շփման ճնշում ● Օպտիկական կոդավորիչի Տեխնիկական տվյալների Լուծաչափ՝ առնվազն 0,03 նմ Չափման միջակայք՝ 10-ից մինչև 5000 մկմ Նմուշի երկարությունը՝ մինչև 50 մմ Նմուշի ճնշումը 10 մՆ մինչև 5 Ն Կարգավորելի շփման ճնշում Նմուշի երկարության ավտոմատ որոշում ● Համակարգը նախագծով պետք է լինի վակուումային (10 -5 մբար),

						օրինակ. թթվածնի նկատմամբ զգայուն նյութերի թեստերի համար: ● , Նմուշի ճնշման ծրագրային վերահսկման հնարավորություն ընդարձակման ցուցանիշի մեծ արժեքով նմուշների համար: ● Ջեռուցման/սառեցման արագությունները պետք է լինեն 0-ից 50K/րոպե միջակայքում: ● Համակարգի համար պետք է հասանելի լինեն օգտագործողի կողմից փոխանակվող 7, 12 և 20 մմ նմուշների դիլատոմետր չափիչ համակարգեր: ● Համակարգը պետք է հնարավորություն ունենա թույլատրելու գազի ավտոմատ փոփոխությունները, եթե դա անհրաժեշտ է: ● Համակարգը պետք է մատակարարվի առնվազն 1 էտալոնային նմուշով (օրինակ՝ քվարց ապակի կամ Al2O3): ● Համակարգը պետք է աշխատի USB միացման հնարավորությամբ ● Հպման վահանակ դիլատոմետրի վրա ● Պետք է ներառված լինի «Ջերմային գրադարան» ճանաչման/համեմատման ծրագրակազմ: ● Կինետիկ գնահատման համար պետք է

						հասանելի լինեն կամընտիր ծրագրային փաթեթներ ● Դիլատոմետրի տվյալները. Ավելին, պետք է հասանելի լինի արագությամբ վերահսկվող թրծման (RCS) ծրագրակազմ: ● Պետք է հասանելի լինի կամընտիր Ավտոմատ տարհանման համակարգ ● Համակարգը պետք է կարողանա աշխատել ջրածնի պայմաններում՝ համապատասխան ընտրովի պարագաներով: ● Պետք է ներառվի համակարգային ռեժիմ, որն ապահովում է նմուշի լավագույն դիրքը չափման համակարգում: ● Համակարգը պետք է հարմարեցված լինի MS կամ FTIR համակարգերի միացման համար անջատվող գազերի՝ վերլուծության համար: ● Պետք է հասանելի լինեն տաքացվող ադապտերներ և փոխանցման գծեր FTIR կամ QMS միացման համար: Մատակարարը պետք է ներկայացնի Արտադրողի թույլտվության նամակ՝ վերջնական օգտագործողի և մրցույթի համարով: Մեկ տարի երաշխիք: Linseis horizontal single Dilatometer - DIL L75 HS կամ համարժեք: * «Գնումների մասին»

					ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջների համաձայն ցանկացած հղման դեպքում կիրառելի են «կամ համարժեք» բառերը: