

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ -ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/50 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Կենսաբանական անվտանգության կաբինետ	HR-1200-IIA2	HAIER	Արտաքին չափսեր՝ 1380 * 795 *1450 մմ: Ներքին չափսեր՝ 1230 * 600 * 700 մմ: Դիմային բացվածք՝ 210 □ 10 մմ, Քաշ՝ 240 □ 10 կգ: HEPA ֆիլտրերի Էֆեկտիվություն՝ մինչև 99,995 % MPPS (թեստավորված համաձայն EN1822.1-H14-ի) Ներքին մաքրություն՝ ISO3 համաձայն ISO14644-1 Դուրս բերվող օդի հոսք՝ մոտ 400 մ3/ժ Օդամղիչի շարժիչ՝ Միկրոպրոցեսորային կարգավորող կենտրոնախուզող փչիկ, որի արագությունը ինքնակարգավորվում է ֆիլտրերի խցանման աստիճանից կախված՝ IP 55 Պաշտպանության աստիճան Հոսանքը՝ 230 V 50.60 Հց Հոսանքը ԿՏ՝ փչիկ և լույս՝ 375 LAF արագություն՝ 0,38 □ 0,02 մ/վ Ներքին օդամղման արագություն՝ 0,58 մ/վ □ 10 % Ներքին վարդակներ՝ 2 Լուսավորություն՝ 1000 լյուքս Չայնի մակարդակ՝ մինչև 60 dB (A) Արտաքին ծածկույթ՝

			<p>Պողպատ բակտերիոստատիկ էպոքսի ներկով ներքին մակերես՝ Չժանգոտող պողպատ AISI304 SB ելքով Արտադրողը պետք է ունենա ISO9001 և ISO13485 որակի հավաստագրեր; սարքը պետք է ունենա CE համապատասխանության հավաստագիր: Ցուցակում առկա ապրանքները պետք է լինեն նոր (վերջին 1 տարվա արտադրանք), չօգտագործված և չպետք է պարունակեն օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Ապրանքները մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Փաթեթը ներառում է 1 տարի երաշխիք, մատակարարման ժամանակ իրականացնել սարքավորման տեղադրում, կարգավորում և համապատասխան մասնագետի/ների/կողմից ԵՊՀ աշխատակիցների ուսուցում: Պայմանագրի կատարման փուլում անհրաժեշտ է ներկայացնել ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ:</p>
--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«Պրիմա Լար» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/50 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	Կենսաբանական անվտանգության կաբինետ	HR-1200-IIA2	HAIER	Արտաքին չափսեր՝ 1380 * 795 *1450 մմ: Ներքին չափսեր՝ 1230 * 600 * 700 մմ: Դիմային բացվածք՝ 210 □ 10 մմ, Քաշ՝ 240 □ 10 կգ: HEPA ֆիլտրերի էֆեկտիվություն՝ մինչև 99,995 % MPPS (թեստավորված համաձայն EN1822.1-H14-ի) Ներքին մաքրություն՝ ISO3 համաձայն ISO14644-1 Դուրս բերվող օդի հոսք՝ մոտ 400 մ3/ժ Օդամղիչի շարժիչ՝ Միկրոպրոցեսորային կարգավորող կենտրոնախուզող փչիկ, որի արագությունը ինքնակարգավորվում է ֆիլտրերի խցանման աստիճանից կախված՝ IP 55 Պաշտպանության աստիճան չնսանքը՝ 230 V 50.60 Հց չնսանքը ԿՏ՝ փչիկ և լույս՝ 375 LAF արագություն՝ 0,38 □ 0,02 մ/վ Ներքին օդամղման արագություն՝ 0,58 մ/վ □ 10 % Ներքին վարդակներ՝ 2 Լուսավորություն՝ 1000 լյուքս Ձայնի մակարդակ՝ մինչև 60 dB (A) Արտաքին ծածկույթ՝

			<p>Պողպատ բակտերիոստատիկ էպոքսի ներկով ներքին մակերես՝ Չժանգոտող պողպատ AISI304 SB ելքով Արտադրողը պետք է ունենա ISO9001 և ISO13485 որակի հավաստագրեր; սարքը պետք է ունենա CE համապատասխանության հավաստագիր: Ցուցակում առկա ապրանքները պետք է լինեն նոր (վերջին 1 տարվա արտադրանք), չօգտագործված և չպետք է պարունակեն օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Ապրանքները մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Փաթեթը ներառում է 1 տարի երաշխիք, մատակարարման ժամանակ իրականացնել սարքավորման տեղադրում, կարգավորում և համապատասխան մասնագետի/ների/կողմից ԵՊՀ աշխատակիցների ուսուցում: Պայմանագրի կատարման փուլում անհրաժեշտ է ներկայացնել ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ:</p>
--	--	--	--