

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/50 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Climate chamber	ICH110L	Memmert	Աշխ. ջերմաստիճանի միջակայքն առանց խոնավության՝ առնվազն 0-ից +60 °C: Ջերմաստիճանի սահմանման միջակայքը՝ առնվազն 0-ից +60 °C: Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայքը առնվազն +5 °C-ից +70 °C խոնավության և/կամ լույսի պայմաններում: Խոնավության մատակարարում թորած ջրով արտաքին անոթից՝ օգտագործելով հատուկ պոմպ: Խոնավացում տաք գոլորշու գեներատորի միջոցով: Խոնավությունը, ակտիվ խոնավացումը և չորացումը կարգավորվում են 10-80 % հարաբերական խոնավության տիրույթում, հարաբերական խոնավության թվային էկրանով - էկրանի թույլատրելիությունը 0,1 %, ճշգրտությունը առնվազն 0,5 %: Լուսավորման համակարգը բաղկացած է 3 սառը սպիտակ լույսի լյումինեսցենտային լամպերից (ստանդարտ լամպ D65, 6500 K) և 2

ուլտրամանուշակագույն լամպերից՝ առնվազն 320-400
նմ սպեկտրի տիրույթում: Ցերեկային և
ուլտրամանուշակագույն լույսը կարող է ծրագրավորվել
առանձին՝ օգտագործելով կարգավորիչը: Սառը
սպիտակ լույս \square 6 %, ուլտրամանուշակագույն լույսի
համար \square 10 %: Օդի հարկադիր շրջանառությունը
օդափոխիչի կողմից աշխատանքային խցիկում
կարգավորվում է 10-ից 100 %: <<Ծրագրակազմը
ծրագրավորվում է USB կրիչի վրա՝ ինտերֆեյսի կամ USB
պորտի միջոցով ծրագրերի ծրագրավորման,
կառավարման և փոխանցման համար>> Ներքին
չափսերը՝ L x F x H՝ առնվազն 560 x 480 x 400 մմ:
Ծավալը՝ 108 \square 10 լ: Մաքս. խցիկի բեռնվածությունը 150
 \square 10 կգ: Լարումը՝ 230 Վ, 50/60 Հց, մոտ. 1450 Վ.
Լարումը՝ 115 Վ, 50/60 Հց, մոտ 1450 Վ: Արտադրողը
պետք է ունենա ISO9001 և ISO13485 որակի
հավաստագրեր; սարքը պետք է ունենա CE
համապատասխանության հավաստագիր: Ցուցակում
առկա ապրանքները պետք է լինեն նոր (առնվազն
վերջին 1 տարվա արտադրանք), չօգտագործված և
չպետք է պարունակեն օգտագործած կամ կիսամաշ
դետալներ: Ապրանքները մատակարարումից առաջ
համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Փաթեթը
ներառում է առնվազն 1 տարի երաշխիք,
մատակարարման ժամանակ իրականացնել
սարքավորման տեղադրում, կարգավորում և
համապատասխան մասնագետի/ների/ կողմից ԵՊՀ
աշխատակիցների ուսուցում : Պայմանագրի
կատարման փուլում անհրաժեշտ է ներկայացնել

				ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ:
--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ТАГ ГЭМ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БТЛ-БЦДЦТЛР-24/50 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1				