

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/50 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի  |         |                        |   |
|--------------------|---------------------|---------|------------------------|---|
|                    | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 14                 | Incubator           | IN55    | Memmert                | <p>Ինկուբատոր (թերմոստատ) օդի բնական կոնվեկցիայով, չժանգոտվող պողպատից: Սարքը պետք է ունենա`</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ադապտիվ բազմաֆունկցիոնալ PID-միկրոպրոցեսորային կամ համարժեք հսկիչ</li> <li>• Բարձր հնարավորությամբ TFT կամ համարժեք գունավոր էկրան</li> <li>• Pt100 ցուցիչ DIN A դասի կամ համարժեք, առնվազն 4-լարային սխեմա</li> <li>• Թվային ժամացույց, որը կարգավորվում է առնվազն` 1 րոպեից մինչև 95 օր</li> <li>• Կալիբրացիայի հնարավորություն առնվազն 3 ընտրվող ջերմաստիճանային արժեքների համար</li> <li>• Էլեկտրաէներգիայի անջատման դեպքում ծրագրի պահպանում</li> <li>• Կարգավորվող Էլեկտրոնային գերտաքացման մոնիտոր և ջերմաստիճանի մեխանիկական սահմանափակիչ</li> <li>• Չժանգոտվող պողպատե ցանց` առնվազն 1 հատ</li> <li>• Խցիկի</li> </ul> |

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  |  | <p>առավելագույն բեռնումը՝ ոչ պակաս քան 80կգ</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•Ճավալը՝ առնվազն 53 Լ</li><li>•Ջերմաստիճանի միջակայք՝ շրջակա միջավայրից +5°C-ից մինչև առնվազն +80°C</li><li>•Ջերմաստիճանի ճշգրտությունը՝ առնվազն 0.1 °C CE, ISO 13485, ISO 9001 առկայություն և արտադրողը պետք է ունենա ISO9001 և ISO13485 որակի հավաստագրեր;</li></ul> <p>սարքը պետք է ունենա CE համապատասխանության հավաստագիր: Ցուցակում առկա ապրանքները պետք է լինեն նոր (առնվազն վերջին 1 տարվա արտադրանք), չօգտագործված և չպետք է պարունակեն օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Ապրանքները մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Փաթեթը ներառում է առնվազն 1 տարի երաշխիք, մատակարարման ժամանակ իրականացնել սարքավորման տեղադրում, կարգավորում և համապատասխան մասնագետի/ների/կողմից ԵՊՀ աշխատակիցների ուսուցում :</p> <p>Պայմանագրի կատարման փուլում անհրաժեշտ է ներկայացնել ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ:</p> |
|--|--|--|---|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО ТАГ ГЭМ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БТЛ-БЦДЦТДР-24/50 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар |       |                               |                            |
|------------|--------------------|-------|-------------------------------|----------------------------|
|            | товарный знак      | марка | наименование<br>производителя | технические характеристики |
| 14         |                    |       |                               |                            |