

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ-ն ՀԱԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/6 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Թերմոստատ	WIG-155	WIG-155	Daihan	<p>2 դարակով և վարդակով՝ Լայնություն՝ առնվազն 740մմ Խորություն՝ առնվազն 1100մմ Բարձրություն՝ առնվազն 58մմ Ծավալ՝ առնվազն 160լիտր Քաշը՝ առավելագույնը 100 կգ(առանց փաթեթավորման) Ջերմաստիճանի կարգավորում՝ +20 0C ... +80 0C Ջերմաստիճանի մակարդակի սահմանում՝ 0.1 0C Միջավայրի ջերմաստիճան՝ +5 0C ... +40 0C : Թվային հաշվիչ՝ նպատակային ժամանակի կարգավորումով, կարգավորելի 1 րոպեից մինչև 99 օր: Հարմարվողական</p>

բազմաֆունկցիոնալ թվային PID-միկրոպրոցեսորային կարգավորիչ՝ բարձր հստակության TFT-գունավոր
Էկրանով: Կարգավորվող
Էլեկտրական ջեռոցի
ջերմաստիճանի մոնիտոր և
մեխանիկական ջերմաստիճանի
սահմանափակիչ TB,
պաշտպանության դաս 1՝
ջեռուցումն անջատելու համար.
սահմանվածից մոտ 20 0C բարձր
ջերմաստիճանի դեպքում-
անվտանգության համար: 2 հատ
չժանգոտվող պողպատից
ցանց(Դարակ), Էլեկտրոփայլեցված-
ներքին խցիկի համար: CE
հավաստագրի առկայություն: Նշված
ապրանքի երաշխիքային ժամկետը՝
առնվազն 1 տարի: Պայմանագրի
կատարման փուլում լրակազմում
նշված ապրանքի համար
պարտադիր է ապրանքն
արտադրողից կամ վերջինիս
ներկայացուցչից երաշխիքային
նամակի կամ
համապատասխանության
սերտիֆիկատի առկայությունը:
Մատակարարումը և տեղադրումը
պահանջվող վայր մատակարարի

					կողմից: Թույլատրվում է չափերի և քաշի շեղում +- 3 %:
--	--	--	--	--	---

բազմաֆունկցիոնալ թվային PID-միկրոպրոցեսորային կարգավորիչ՝ բարձր հստակության TFT-գունավոր էկրանով: Կարգավորվող էլեկտրական ջեռոցի ջերմաստիճանի մոնիտոր և մեխանիկական ջերմաստիճանի սահմանափակիչ TB, պաշտպանության դաս 1՝ ջեռուցումն անջատելու համար. սահմանվածից մոտ 20 0C բարձր ջերմաստիճանի դեպքում-անվտանգության համար: 2 հատ չժանգոտվող պողպատից ցանց(Դարակ), էլեկտրոփայլեցված-ներքին խցիկի համար: CE հավաստագրի առկայություն: Նշված ապրանքի երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 1 տարի: Պայմանագրի կատարման փուլում լրակազմում նշված ապրանքի համար պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Մատակարարումը և տեղադրումը պահանջվող վայր մատակարարի

					կողմից: Թույլատրվում է չափերի և քաշի շեղում +- 3 %:
--	--	--	--	--	---