

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ար.մեդտեխնիկա ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2024/16-15-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
74	GEL 12-20	Delta	Delta Battery	GE AMX 220 շարժական ռենտգեն համակարգի համար արճիճային մարտկոց, 12 Վ, առնվազն 20 ամպեր: Երկարությունը` 180մմ: Լայնությունը` 70մմ: Բարձրությունը` 165մմ: Չափսերի թույլատրելի տատանումը` ± 2 մմ: Նոր է, չօգտագործված: Առաջարկի արժեքի մեջ ներառված են` հին մարտկոցների ապամոնտաժումը, նորերի` տեղադրումը, մոնտաժումը, տվյալ սարքավորման աշխատանքային կարգաբերումները, անխափան սնուցման աղբյուրի մաքրումը, ուժային միացումների ամրացումը և շահագործման հանձնումը: Երաշխիքային ժամկետը տեղադրման պահից ոչ պակաս, քան 12 ամիս: Մարտկոցը տեղադրելուց հետո սարքը բերվելու է աշխատանքային վիճակի: Մարտկոցների տեղադրումն իրականացվելու է GE HealthCare ընկերության կողմից

				սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից: Մասնագետի գործող սերտիֆիկատի առկայությունը պարտադիր է: Մասնակիցը ներկայացվող հայտում՝ «առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիր» հավելվածում ներկայացնում է նաև մոդելը:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ар.Медтехника ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПДР-2024/16-15-БПР<amp ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
74				