

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեղաքրո ՍՊԸ-ն ՀԱԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/74 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Միկրոպիպետներ	Դլաբ	Թոփպետ	Դլաբ	Փոփոխական ծավալով 0,5-10մկլ -1 հատ Փոփոխական ծավալով 2-20մկլ -1 հատ Փոփոխական ծավալով 20-200մկլ -1 հատ Փոփոխական ծավալով 100-1000մկլ -1 հատ Դոզատորները պետք է լինեն ավտոկլավացվող և ունենան ոչ պակաս քան հետևյալ ճշգրտությունները. 0,5-10մկլ դոզատոր` 10 մկլ հեղուկ հավաքելու դեպքում $\pm 0,08$ մկլ, 1մկլ հեղուկ հավաքելու դեպքում $\pm 0,015$ մկլ 2-20մկլ դոզատոր` 20 մկլ հեղուկ հավաքելու դեպքում $\pm 0,08$ մկլ, 2մկլ հեղուկ հավաքելու դեպքում

					<p>±0,04մկլ 20-200մկլ դոզատոր` 200 մկլ հեղուկ հավաքելու դեպքում ±0,3մկլ, 20մկլ հեղուկ հավաքելու դետպում ±0,2մկլ 100-1000մկլ դոզատոր` 1000 մկլ հեղուկ հավաքելու դեպքում ±2մկլ, 100մկլ հեղուկ հավաքելու դետպում ±0,7մկլ Հավաքածուն ներառում է կանգնակ դոզատորների համար -1 հատ:</p>
--	--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Участник УПС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2002-ЕЦДЦПДР-24/74 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	Микропипетки	длаб	топпет	длаб	Переменный объем 0,5-10мкл - 1 шт. Переменный объем 2-20мкл - 1 шт. Переменный объем 20-200мкл - 1 шт. Переменный объем 100-1000мкл - 1 шт. Дозаторы должны быть автоклавируемыми и иметь точность не ниже следующей: Дозатор 0,5-10 мкл: $\pm 0,08$ мкл при сборе 10 мкл жидкости, $\pm 0,015$ мкл при сборе 1 мкл жидкости Дозатор 2-20 мкл: $\pm 0,08$ мкл при сборе жидкости 20 мкл, $\pm 0,04$ мкл при сборе жидкости 2 мкл Дозатор 20-200 мкл: $\pm 0,3$ мкл при сборе 200 мкл жидкости, $\pm 0,2$

				<p>мкл при сборе 20 мкл жидкости Дозатор 100-1000 мкл: ± 2 мкл при сборе 1000 мкл жидкости, $\pm 0,7$ мкл при сборе 100 мкл жидкости. В комплект входит подставка для дозаторов - 1 шт.</p>
--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------