

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Լուսիկ Խաչատրյան Նիկալայի ԱԶ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/144 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Intelli system	Intelli system	Intelli system	<p>Դաստակի ավտոմատ Էլեկտրոնային տոնոմետր: Չարկերակային ճնշումը չափելու կոմպակտ և հեշտ օգտագործվող սարք, որը գործում է օքսիլոմետրիկ թվային մեթոդի հիման վրա: Տոնոմետրի սնուցումը ներկառուցված բազմամյա լիցքավորվող մարտկոցի /ակումուլյատոր/ միջոցով: Տոնոմետրի մարտկոցին /ակումուլյատոր/ լիցքավորումը իրականացվի USB /Type-C ստանդարտ/ լարի միջոցով երկարությունը նվազագույնը 60սմ, որը ներառված լինի հավաքածուի մեջ, մարտկոցի հզորությունը բավարարի նվազագույնը 100 չափումների համար: Տոնոմետրը ունենա պլաստմասսե տուփ, որը տեղադրված լինի հաստ ստվարաթղթե տուփի մեջ, իսկ ստվարաթղթե տուփի վրա գործարանային մեթոդով, գունավոր տպագրությամբ նշված լինի տոնոմետրի տեխնիկական</p>

պարամետրերը: Տոնոմետրի երկրաչափական չափերը առնվազն 12x15x12սմ, քաշը՝ առնվազն 450-500գրամ: Դաստակի տոնոմետրն ունենա ոճային, երգոնոմիկ դիզայն, մանժետը և տոնոմետրը սև գույնի, դիսփլեյը ունենա պայծառ, գունավոր ընթեռնելի LED էկրան, որի վրա առկա լինի լիցքավորման ցուցիչը, սրտի աշխատանքի և զարկերակային ճնշման համապատասխան ցուցիչ տվյալները: Դաստակի տոնոմետրը ունենա նվազագույնը 90 /սրտի աշխատանքի և զարկերակային ճնշման ցուցիչ/ տվյալների հիշողություն: Սրտի աշխատանքի և զարկերակային ճնշման ցուցիչ տվյալները կրեն ճշգրիտ բնույթ, շեղումը կազմի 3-5%: Տոնոմետրի մանժետը պատրաստված լինի էկոլոգիապես մաքուր որակյալ հումքից, որի վրա առկա լինի լիպուլչկա: Մանժետի երկարությունը առնվազն 13-19,5սմ: Տոնոմետրն ունենա ռուսալեզու բարձրաձայն արտասանություն, որը նախատեսված է վատ տեսողություն ունեցող մարդկանց համար: Տոնոմետրի աշխատանքի ղեկավարումն իրականացվի սենսորային մեթոդով, իսկ տոնոմետրի սնուցման ղեկավարումը իրականացվի մեխանիկական անջատիչի միջոցով: Երաշխիքային ժամկետը գործարանային պիտակավորմամբ մատակարարման օրվանից առնվազն 1տարի: Մատակարարը պարտավոր է գնորդի հետ միասին իրականացնել տոնոմետրերի աշխատանքի ցուցիչ տվյալների ճշգրտության ստուգում: Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պատվերը տրվելու է էլ. փոստով կամ

				հեռախոսակապով:Տեղափոխումը, բեռնաթափումը և պահեստավորումը Գևորգի կողմից նշված հասցե իրականացնում է Շահող կազմակերպությունը
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП Лусик Хачатрян Николаи в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/144 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
1	Intelli system	Intelli system	Intelli system	<p>Компактное и простое в использовании устройство для измерения артериального давления, работающее на основе цифрового оксиметрического метода.</p> <p>Питание тонометра осуществляется от встроенной многоразовой батареи /аккумулятора/. Зарядка аккумулятора тонометра осуществляется через USB / стандарт Type-C / шнур длиной не менее 60 см, который входит в комплект, емкости аккумулятора хватает минимум на 100 измерений. Тонометр будет иметь пластиковую коробку, которая будет помещена в толстую картонную коробку, а на картонной коробке заводским способом будут указаны технические параметры тонометра цветной печатью.</p> <p>Геометрические размеры тонометра не менее 12x15x12 см, вес не менее 450-500 грамм. Наручный</p>

			<p>тонометр имеет стильный эргономичный дизайн, манжет и тонометр черного цвета, дисплей оснащен ярким, читаемым по цвету светодиодным дисплеем с индикатором заряда, соответствующими данными датчика частоты сердечных сокращений и артериального давления. Тонометр на запястье должен иметь минимум 90 /датчик частоты сердечных сокращений и артериального давления/ память данных. Данные датчика частоты сердечных сокращений и артериального давления, должны быть точными отклонение составляет не менее 3-5%. Манжет тонометра должна быть изготовлена из экологически чистого качественного сырья с использованием липучки. Длина манжеты не менее 13-19,5 см. Тонометр должен иметь громкое произношение на русском языке, предназначенном для людей с плохим зрением. Управление работой тонометра осуществляется сенсорным методом, а управление подачей тонометра осуществляется с помощью механического переключателя. Гарантийный срок не менее 1 год с даты поставки с заводской маркировкой. Поставщик обязан совместно с покупателем провести проверку точности показателей работы тонометров. Все товары должны быть новыми, неиспользованными, в заводской упаковке. Заказ будет отправлен по электронной почте или по телефону. Транспортировку, разгрузку и хранение по указанному покупателем адресу осуществляет организация-победитель</p>
--	--	--	---

