

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/54 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 6 | Ֆունկցիոնալ մահճակալ (Էլեկտրական մահճակալ) | Ֆունկցիոնալ մահճակալ (Էլեկտրական մահճակալ) | Ֆունկցիոնալ մահճակալ (Էլեկտրական մահճակալ) | Ֆունկցիոնալ մահճակալ (Էլեկտրական մահճակալ) | Ֆունկցիոնալ մահճակալ (Էլեկտրական մահճակալ) Էլեկտրական մահճակալ. Ոչ պակաս քան 3 գործառույթ Գործառույթը (ոչ պակաս քան ներկա ֆունկցիաներից կամ անալոգ)՝ մեջքի հատվածի բարձրացում, ոտքի հատվածի շարժ, բարձրության կարգավորում, մահճակալի գլխի/ոտքի հատվածի կարգավորում Մահճակալի չափը՝ Ե / L 2100x960մմ, շեղումը ոչ ավելի քան 3% Մեջքի հատվածի կարգավորումը ոչ պակաս քան 0-75° միջակայքում Ոտքի հատվածի կարգավորումը ոչ պակաս քան |

0-40° միջակայքում Բարձրության կարգավորումը՝ ոչ պակաս քան 540-730 մմ միջակայքում Մահճակալի հիմնական մասի վրա պետք է կիրառված լինի բարձրորակ ածխածնային պողպատ, ամբողջ մակերեսի մշակված է հակակոռոզիոն էմալային ներկով՝ հակաբակտերիալ փոշուց Հանգիստ և ամուր էլեկտրական շարժիչները պետք է ապահովեն հուսալի շահագործում, աշխատանքի ընթացքում ցածր աղմուկ Ներկառուցված վերահսկիչ՝ էլեկտրականորեն աշխատող բոլոր գործառնությունների և շարժումների համար Մահճակալը պետք է տեղադրված լինի ոչ պակաս քան 125 մմ տրամագծով չորս անիվների վրա Կենտրոնական արգելակային համակարգ Բամպերներ բոլոր 4 անկյուններում ABS գլուխ / ոտքի տախտակ, հանվող Կողային ռելսերի առկայություն, ծալովի էլեկտրական ձեռքի հեռակառավարիչի առկայություն Քաշի բեռը՝ ոչ պակաս քան 200 կգ Լրակազմ և պարագաներ. Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Պետք է ունենա ներքևակ (մահճակալի ճիշտ չափով) պատրաստված բարձր խտության ձգվող սպունգով, ծածկած միայն անջրանցիկ կտորով, ընդհանուր չափը Ե / L / Բ` 1925x820x100 մմ, շեղումը ոչ ավելի քան 3%, շտատիվ ներերակային մանիպուլյացիաների համար և մեզի պայուսակի կախիչ, կողային ծալովի բազրիքներ (զույգ) Գունային համադրությունը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ Երաշխիքը ոչ պակաս քան 12 ամիս Որակի վկայականներ ISO 13485 կամ համարժեք CE Mark կամ FDA կամ համարժեք</p> |
|--|--|--|--|--|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2024/54 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|---|---|---|---|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 6 | Ֆոնկցիոնալ մահճակալ (Էլեկտրական մահճակալ) | Ֆոնկցիոնալ մահճակալ (Էլեկտրական մահճակալ) | Ֆոնկցիոնալ մահճակալ (Էլեկտրական մահճակալ) | Ֆոնկցիոնալ մահճակալ (Էլեկտրական մահճակալ) | Ֆոնկցիոնալ մահճակալ (Էլեկտրական մահճակալ) Էլեկտրական մահճակալ. Ոչ պակաս քան 3 գործառույթ Գործառույթը (ոչ պակաս քան ներկա ֆոնկցիաներից կամ անալոգ)՝ մեջքի հատվածի բարձրացում, ոտքի հատվածի շարժ, բարձրության կարգավորում, մահճակալի գլխի/ոտքի հատվածի կարգավորում Մահճակալի չափը՝ Ե / L 2100x960մմ, շեղումը ոչ ավելի քան 3% Մեջքի հատվածի կարգավորումը ոչ պակաս քան 0-75° միջակայքում Ոտքի հատվածի կարգավորումը ոչ պակաս քան |

0-40° միջակայքում Բարձրության կարգավորումը՝ ոչ պակաս քան 540-730 մմ միջակայքում Մահճակալի հիմնական մասի վրա պետք է կիրառված լինի բարձրորակ ածխածնային պողպատ, ամբողջ մակերեսի մշակված է հակակոռոզիոն էմալային ներկով՝ հակաբակտերիալ փոշուց Հանգիստ և ամուր էլեկտրական շարժիչները պետք է ապահովեն հուսալի շահագործում, աշխատանքի ընթացքում ցածր աղմուկ Ներկառուցված վերահսկիչ՝ էլեկտրականորեն աշխատող բոլոր գործառնությունների և շարժումների համար Մահճակալը պետք է տեղադրված լինի ոչ պակաս քան 125 մմ տրամագծով չորս անիվների վրա Կենտրոնական արգելակային համակարգ Բամպերներ բոլոր 4 անկյուններում ABS գլուխ / ոտքի տախտակ, հանվող Կողային ռելսերի առկայություն, ծալովի էլեկտրական ձեռքի հեռակառավարիչի առկայություն Քաշի բեռը՝ ոչ պակաս քան 200 կգ Լրակազմ և պարագաներ. Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Պետք է ունենա ներքևակ (մահճակալի ճիշտ չափով) պատրաստված բարձր խտության ձգվող սպունգով, ծածկած միայն անջրանցիկ կտորով, ընդհանուր չափը Ե / L / Բ` 1925x820x100 մմ, շեղումը ոչ ավելի քան 3%, շտատիվ ներերակային մանիպուլյացիաների համար և մեզի պայուսակի կախիչ, կողային ծալովի բազրիքներ (զույգ) Գունային համադրությունը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ Երաշխիքը ոչ պակաս քան 12 ամիս Որակի վկայականներ ISO 13485 կամ համարժեք CE Mark կամ FDA կամ համարժեք</p> |
|--|--|--|--|--|