

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՕՆՍԵԴ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/16-17-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	ES 224/150 Patient line	Medtron	Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող Accutron CT-D Medtron և Accutron MR Medtron սարքավորումների համար (հանդիսանում են փակ համակարգեր), որոնք կարող են աշխատել միայն օրիգինալ Medtron երկարացման խողովակով: Երկարացման խողովակի տեխնիկական ցուցանիշներն են՝ 21 BAR. 305 PSI. 1.5 մետր: Ֆորմատ՝ հատ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար որակի սերտիֆիկատի/ների առկայությունը պարտադիր է: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում Ներկայացնում է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխիավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքի որակը, ընդ որում երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարարվող ապրանքի

			անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվելու է նշված ապրանքը:
--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ОУУБГ УПС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПДР-2024/16-17-БПР< ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
2			