

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Անիկո ֆարմ ՍՊԸ -ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2024/16-17-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | |
|--------------------|--|--|--|
| | ապրանքային նշանը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 14 | CHANGZHOU STANDARD MEDICAL DEVICES CO.,LTD | CHANGZHOU STANDARD MEDICAL DEVICES CO.,LTD | Ձեռնոցներ գնման՝ ոչ ստերիլ միջին չափի (M): Մեկանգամյա օգտագործման ձեռնոց պատրաստված վինիլի և նիտրիլի խառնուրդից , առանց լատեքսի, առանց փոշու: 1 հատ ձեռնոցի քաշը՝ 4-5,5 գ, մատերի հաստությունը՝ 0.10 ± 0.02 մմ, դաստակի հատվածի հաստությունը՝ ≥ 0.04 մմ: Պարունակությունը՝ պոլիվինիլիդրոիդ (PVC) - 55,5% ($\pm 2\%$), նիտրիլային ռետին, ոչ պակաս, քան՝ 4,0%: Գույնը՝ կապույտ կամ կանաչ: Ֆորմատ՝ գույգ: Գործարանային փաթեթավորմամբ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-րդի առկայություն: |

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Анико Фарм ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПЗР-2024/16-17-БПРЗ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | |
|------------|--|--|--|
| | товарный знак | наименование производителя | технические характеристики |
| 14 | CHANGZHOU STANDARD MEDICAL DEVICES CO.,LTDCH ANGZHOU STANDARD MEDICAL DEVICES CO.,LTD | CHANGZHOU STANDARD MEDICAL DEVICES CO.,LTD | Перчатки смотровые - нестерильные среднего размера (М). Одноразовые перчатки из смеси винила и нитрила, без латекса, без пыли. Вес 1 перчатки: 4-5,5 г, толщина пальца: $0,10 \pm 0,02$ мм, толщина запястья: $\geq 0,04$ мм. Содержание: поливинилхлорид (ПВХ) - 55,5% ($\pm 2\%$), нитриловый каучук не менее 4,0%. Цвет: синий или зеленый. Формат: пара. С заводской упаковкой. Новый, неиспользованный. Наличие не менее 1/2 полного срока годности на момент поставки. |