

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Անիկո ֆարմ ՍՊԸ -ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2024/16-17-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի  |  |   |
|--------------------|---------------------|--|---|
|                    | ապրանքային<br>նշանը | արտադրողի<br>անվանումը                           | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 24                 | STANDARD MEDICAL    | CHANGZHOU<br>STANDARD MEDICAL<br>DEVICES CO.,LTD | Կաթետեր պերիֆերիկ երակների համար, ստերիլ, ասեղի չափսը՝ 20G,<br>բարձր որակի չժանգոտվող պողպատից: Կաթետերը՝ թևիկներով,<br>ներարկման Լուեր Լոք տեսակի պորտով պաշտպանիչ փականով:<br>Օգտագործվող Նյուլթը/երը՝ պոլիպրոպիլեն կամ պոլիէթիլեն կամ<br>պոլիուրետան կամ FEP՝ ֆտորէթիլեն-պրոպիլեն կամ այլ բարձր<br>կենսահամատեղելիությամբ Նյուլթից: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու<br>պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն:<br>Մատակարարելիս որակի սերտիֆիկատի/ների առկայությունը պարտադիր<br>է: |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Анико Фарм ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПДР-2024/16-17-БПРЗ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар |  |  |
|------------|--------------------|--|--|
|            | товарный знак      | наименование производителя                       | технические характеристики   |
| 24         | Стандарт медикл    | CHANGZHOU<br>STANDARD MEDICAL<br>DEVICES CO.,LTD | Катетер для периферических вен, стерильный, размер иглы 20G, из высококачественной нержавеющей стали. Катетер с крылышками, с портом для внутривенного катетра типа Луэр Лок, с защитным клапаном. Используемый материал/ы: полипропилен, или полиэтилен или полиуретан или FEP- фторэтилен-пропилен или из другого высококачественного биологически совместимого вещества. Должен быть новый не использованный. На момент доставки товара наличие по крайней мере 1/2 срока годности от общего срока. Обязательным условием при доставке является наличие сертификата/ов качества товара. |