

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Անիկո ֆարմ ՍՊԸ -ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2024/16-17-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
25	STANDARD MEDICAL	CHANGZHOU STANDARD MEDICAL DEVICES CO.,LTD	Կաթետեր պերիֆերիկ երակների համար, ասեղի չափսը՝ 22G, բարձր որակի չժանգոտվող պողպատից: Կաթետերը՝ թևիկներով, ներարկման Լուեր Լոք տեսակի պորտով պաշտպանիչ փականով: Օգտագործվող նյութը/երը՝ պոլիպրոպիլեն կամ պոլիէթիլեն կամ պոլիուրետան կամ FEP՝ ֆտորէթիլեն- պրոպիլեն կամ այլ բարձր կենսահամատեղելիությամբ նյութից: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Մատակարարելիս որակի սերտիֆիկատի/ների առկայությունը պարտադիր է:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Анико Фарм ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПДР-2024/16-17-БПР< ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
25	Стандарт медикл	CHANGZHOU STANDARD MEDICAL DEVICES CO.,LTD	Катетер для периферических вен, стерильный, размер иглы 22G, из высококачественной нержавеющей стали. Катетер с крылышками, с портом для внутривенного катетра типа Луэр Лок, с защитным клапаном. Используемый материал/ы: полипропилен, или полиэтилен или полиуретан или FEP- фторэтилен-пропилен или из другого высококачественного биологически совместимого вещества. Должен быть новый не использованный. На момент доставки товара наличие по крайней мере 1/2 срока годности от общего срока. Обязательным условием при доставке является наличие сертификата/ов качества товара.