

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Անիկո ֆարմ ՍՊԸ -ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2024/16-17-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | |
|--------------------|---------------------|--|--|
| | ապրանքային նշանը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 26 | STANDARD MEDICAL | CHANGZHOU STANDARD MEDICAL DEVICES CO.,LTD | Կաթետեր պերիֆերիկ երակների համար, ստերիլ, ասեղի չափսը՝ 24G, բարձր որակի չժանգոտվող պողպատից: Կաթետերը՝ թևիկներով, ներարկման Լուեր Լոք տեսակի պորտով պաշտպանիչ փականով: Օգտագործվող Նյութը/երը՝ պոլիպրոպիլեն կամ պոլիէթիլեն կամ պոլիուրետան կամ FEP՝ ֆտորէթիլեն-պրոպիլեն կամ այլ բարձր կենսահամատեղելիությամբ նյութից : Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Մատակարարելիս որակի սերտիֆիկատի/ների առկայությունը պարտադիր է: |

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Анико Фарм ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПДР-2024/16-17-БПРЗ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | |
|------------|--------------------|--|--|
| | товарный знак | наименование производителя | технические характеристики |
| 26 | Стандарт медикл | CHANGZHOU STANDARD MEDICAL DEVICES CO.,LTD | Катетер для периферических вен, стерильный, размер иглы 24G, из высококачественной нержавеющей стали. Катетер с крылышками, с портом для внутривенного катетра типа Луэр Лок, с защитным клапаном. Используемый материал/ы: полипропилен, или полиэтилен или полиуретан или FEP- фторэтилен-пропилен или из другого высококачественного биологически совместимого вещества. Должен быть новый не использованный. На момент доставки товара наличие по крайней мере 1/2 срока годности от общего срока. Обязательным условием при доставке является наличие сертификата/ов качества товара. |