

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Անիկո ֆարմ ՍՊԸ -ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2024/16-17-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
45	STANDARD MEDICAL	CHANGZHOU STANDARD MEDICAL DEVICES CO.,LTD	Փոխներարկիչի երկարացման խողովակ՝ պլաստիկ խողովակ, որի ներսի տրամագիծը 3.0մմ, արտաքինը՝ 4.1մմ, երկարությունը 150սմ, միացումը Լուեր-լոք տիպի: Բոլոր չափերի թույլատրելի տատանումը $\pm 1\%$: Ճնշումը մինչեւ 60psi (4.5 bar): Ֆորմատ- հատ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար որակի սերտիֆիկատի/ների առկայությունը պարտադիր է:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Анико Фарм ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПДР-2024/16-17-БПРЗ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
45	Стандарт медикл	CHANGZHOU STANDARD MEDICAL DEVICES CO.,LTD	Удлинительная трубка для переливателя: пластиковая трубка с внутренним диаметром 3,0 мм, наружным диаметром 4,1 мм, длиной 150 см, соединением типа Луер-лок. Допустимое колебание всех размеров \pm 1%. Давление до 60 psi (4,5 бар). Формат: шт. Должна быть новой, неиспользованной. Наличие по крайней мере 1/2 всего срока годности на момент доставки. Наличие сертификата(ов) качества требуется для любой поставленной партии.