

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅ.ԷՍ.ՖԱՐՄԱ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/16-19-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
49	Introducer Femoral 8Fr	.	Terumo	Ինտրոդյուսեր կոմպլեկտ ֆեմորալ 8Fr չափսի- պարունակում է` ինտրոդյուսեր ոչ ավել, քան` 10սմ ծայրի երկարությամբ, ունի 0.038" տրամագծով վայեր, 18 G ասեղով: Դիլատորի անցումը շիթին բարձր ճշգրտության, որը թույլ է տալիս առանց լրացուցիչ միջամտության (օր. նշտարի սայրի) ընկղմել ինտրոդյուսերը արյունատար անոթի մեջ: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայականի առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները` գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն:

				<p>«Բնակչությանը պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության և սպասարկման շրջանակներում գլխուղեղի սուր և/կամ ենթասուր իշեմիկ կաթվածների թրոմբոլիտիկ բուժման և մեխանիկական թրոմբեկտոմիա ծառայությունների մատուցման նպատակով ձեռք բերվող ապրանք»:</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЭЙ.ЭС.ФАРМА в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦХЦПФ-2024/16-19-БПРЗ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
49	Introducer Femoral 8Fr	.	Terumo	<p>Набор феморального интродьюсера, размер 8Fr — содержит: интродьюсер длиной не более 10 см, вайер диаметром 0,038 дюйма, иглу 18G. Переход дилататора к струе для высокой точности, позволяющий вводить интродьюсер без дополнительного вмешательства (например, лезвия ланцета) в кровеносный сосуд. Для каждой поставляемой партии требуется маркировка CE или сертификат качества FDA. Формат: шт. Новый, неиспользованный, стерильный в заводской упаковке.</p> <p>В комплект входят технические показатели, особенности и правила применения в виде заводской инструкции. Наличие не менее 50% от всего срока годности на момент поставки. «Изделие, приобретаемое в целях оказания тромболитической</p>

				терапии острого и/или подострого ишемического инсульта и оказания услуг механической тромбэктомии в рамках бесплатной медицинской помощи и гарантированных государством услуг населению».
--	--	--	--	---