

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅ.ԷՍ.ՖԱՐՄԱ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/16-19-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
50	Radifocus Guidewire	.	Terumo	<p>Ուղղորդիչ լարի առանցքը նիտինոլից է (փափուկ), պատված վոլֆրամ պարունակող պոլիուրետանի շերտով, ռենտգենոկոնտրաստ: Ուղղորդիչ լարի պահանջվող երկարությանն է՝ 260 սմ: Պատված է հատուկ հիդրոֆիլիկ ծածկույթով և գերճկուն է: Ծայրի ճկուն մասի երկարությունը 3 սմ է, ձևը՝ անկյունային:</p> <p>Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից պահանջվող չափսն ըստ տրամագծի՝ 0.035" (0.89 մմ): Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայականի առկայությունը պարտադիր է:</p> <p>Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի</p>

				<p>ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն:</p> <p>«Բնակչությանը պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության և սպասարկման շրջանակներում գլխուղեղի սուր և/կամ ենթասուր իշեմիկ կաթվածների թրոմբոլիտիկ բուժման և մեխանիկական թրոմբեկտոմիա ծառայությունների մատուցման նպատակով ձեռք բերվող ապրանք»:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЭЙ.ЭС.ФАРМА в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦХЦПЗР-2024/16-19-БПРЗ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
50	Radifocus Guidewire	.	Terumo	<p>Ось проводника нитиноловый (мягкий), покрытый слоем полиуретана, содержащего вольфрам, рентгеноконтрастный. Требуемая длина проводника - 260 см. Покрыт специальным гидрофильным покрытием и очень гибок. Длина гибкой части кончика 3 см, форма угловатая. Необходим диаметр 0,035 дюйма (0,89 мм) в зависимости от анатомических особенностей оперируемого сосуда. Для каждой поставляемой партии требуется маркировка CE или сертификат качества FDA. Формат: шт. Новый, неиспользованный, стерильный в заводской упаковке.</p> <p>В комплект входит технические показатели, особенности и правила применения в виде заводской инструкции.Наличие не менее 50% от всего срока годности на момент поставки.«Изделие,</p>

				приобретаемое в целях оказания тромболитической терапии острого и/или подострого ишемического инсульта и оказания услуг механической тромбэктомии в рамках бесплатной медицинской помощи и гарантированных государством услуг населению».
--	--	--	--	---