

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅ.ԷՍ.ՖԱՐՄԱ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/16-19-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
54	Road saver	.	Terumo	<p>"Քներակի ստենտ երկշերտ (ստենտ+ հյուսված միկրոցանց): Ստենտի նյութը` նիտինոլ, rx տեսակի: Համատեղելի է 0,014 ուղղորդիչ լարի և 5fr. (I.D&gt;0.074'') ինտրոդյուսերի հետ: Կաթետերի աշխատանքային երկարությունը 143 սմ: Կախված անոթի անատոմիական չափից ստենտը կարող է լինել հետևյալ չափերի` 5մմ, 6մմ, 7մմ, 8մմ ,9մմ, 10 մմ: Կախված անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից ամբողջական պատյանազերծված վիճակում ստենտի երկշերտ հատվածի երկարությունը կարող է լինել հետևյալ չափերի` 16մմ, 18մմ, 20մմ, 25մմ, 30մմ, 40մմ: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայականի առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական</p>

				<p>ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն:</p> <p>«Բնակչությանը պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության և սպասարկման շրջանակներում գլխուղեղի սուր և/կամ ենթասուր իշեմիկ կաթվածների թրոմբոլիտիկ բուժման և մեխանիկական թրոմբեկտոմիա ծառայությունների մատուցման նպատակով ձեռք բերվող ապրանք»:</p> <p>Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է՝ 1. ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ): Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ 1. ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: "</p>
--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ЭЙ.ЭС.ФАРМА в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦХЦПЗР-2024/16-19-БПРЗ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
54	Road saver	.	Terumo	"Двухслойный каротидный стент (стент + тканая микросетка). Материал стента: нитинол, тип gx. Совместим с проводником 0,014 и 5fr. (ВД>0,074 дюйма) с интродьюсером. Рабочая длина катетера 143 см. В зависимости от анатомического размера сосуда стент может быть следующих размеров: 5 мм, 6 мм, 7 мм, 8 мм, 9 мм, 10 мм. В зависимости от анатомических особенностей сосуда длина двухслойного участка стента в полностью непокрытом состоянии может быть следующих размеров: 16 мм, 18 мм, 20 мм, 25 мм, 30 мм, 40 мм. Сертификат качества CE MARK или FDA является обязательным для любой поставляемой партии. Новый, неиспользованный, в стерильной заводской упаковке. Включает технические характеристики, характеристики и инструкции по

			<p>использованию в виде заводского руководства.</p> <p>Наличие не менее 50% от полного срока годности на момент поставки. «Изделие, приобретаемое в целях оказания тромболитической терапии острого и/или подострого ишемического инсульта и оказания услуг механической тромбэктомии в рамках бесплатной медицинской помощи и гарантированных государством услуг населению». Обязательным условием является: Участник подает вместе с заявкой:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Доверенность, предоставленная производителем изделия (гарантийное письмо-доверенность).</li></ol> <p>Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет: 1.сертификат происхождения, сертификат соответствия, представляемый производителем продукции. "</p>
--	--	--	---