

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դեկտա ՍՊԸ-ն ԱՊԿԲ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2024/08 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	EG-i30 Blood Gas Analyzer Series	Blood Gas Analyzer Series	EG-i30	Eaglenos Sciences Inc	Մարդու զարկերակային /երակային արյան մեջ գազերի և Էլեկտրոլիտների որոշման չարժական վերլուծիչ, Պետք է ունենա առնվազն հետևյալ պարամետրերը ստուգելու հնարավորություն՝ 10 չափելի պարամետրեր՝ K+, Na+, Cl-, iCa2+, pH, pCO2, pO2, Glu, Lac, Hct; 24 հաշվարկային պարամետրեր՝ cH+(T), pH(T), pCO2(T), pO2(T), pO2(A-a) (T), RI (T), pO2 (T)/ FiO2, cH+, iCa2+ (7.4), HCO3-act, HCO3-std, BE (B), BB BsO2 (est), tHb (est), TCO2, pO2 (A-a), pO2 (a-A), RI,

mOsm, pO₂/FiO₂: Ամեն
հետազոտության համար
անհրաժեշտ է 150 մկլ արյուն:
Չափելի պարամետրների որոշման
առավելագույն և նվազագույն
տիրույթները պետք է ապահովի. K⁺
(2,00-9,00մմոլ/լ),
Na⁺(100-180մմոլ/լ),
Cl⁻(65-140մմոլ/լ),
iCa²⁺(0.25-2.50մմոլ/լ),
pH(6.500-8.000), pCO₂(10.0-150.0
mmHg), pO₂(10-700 mmHg),
Glu(1.1-38.0 մմոլ/լ),
Lac(0.50-20.00մմոլ/լ), Hct
(10%-70%PCV); Ավտոմատ
չափաբերում յուրաքանչյուր տեստի
վրա՝ ճշգրիտ արդյունքներ
ապահովելու համար: Էկրանը
սենսորային գունավոր ոչ պակաս
քան 8 դույմ հեղուկ բյուրեղային: 2
USB պորտի առկայություն և 100000
թեսթի հիշողություն: Համակարգչին
միանալու հնարավորություն և
ծրագրային ապահովում:
Ներկառուցված տպիչի
առկայություն: Միանգամյա
օգտագործման քարթրիջ՝
թափոններից և խաչաձեւ
աղտոտումից խուսափելու համար:

				<p>Քարթրիջները 2-8 C ում կարող են պահպանվել 4 ամիս, իսկ սենյակային ջերմաստիճանում 4 ամիս: Յուրաքնչյուր քննության ժամանակը 5 րոպե: Սարքը պետք է լինի նոր, չոգտագործած, 12 ամիս երաշխիքային սպասարկում: Որակի հավաստագրեր առնվազն՝ CE, NMPA:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Делта в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱՊԿԲ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/08 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	EG-i30 Blood Gas Analyzer Series	Blood Gas Analyzer Series	EG-i30	Eaglenos Sciences Inc	Մարդու զարկերակային /երակային արյան մեջ գազերի և էլեկտրոլիտների որոշման շարժական վերլուծիչ, Պետք է ունենա առնվազն հետևյալ պարամետրերը ստուգելու հնարավորություն՝ 10 չափելի պարամետրեր՝ K+, Na+, Cl-, iCa ²⁺ , pH, pCO ₂ , pO ₂ , Glu, Lac, Hct; 24 հաշվարկային պարամետրեր՝ cH+(T), pH(T), pCO ₂ (T), pO ₂ (T), pO ₂ (A-a) (T), RI (T), pO ₂ (T)/ FiO ₂ , cH+, iCa ²⁺ (7.4), HCO ₃ -act, HCO ₃ -std, BE (B), BB□BsO ₂ (est), tHb (est), TCO ₂ , pO ₂ (A-a), pO ₂ (a-A), RI,

mOsm, pO₂/FiO₂: Ամեն հետազոտության համար անհրաժեշտ է 150 մկլ արյուն: Չափելի պարամետրների որոշման առավելագույն և նվազագույն տիրույթները պետք է ապահովի. K⁺ (2,00-9,00մմոլ/լ), Na⁺(100-180մմոլ/լ), Cl⁻(65-140մմոլ/լ), iCa²⁺(0.25-2.50մմոլ/լ), pH(6.500-8.000), pCO₂(10.0-150.0 mmHg), pO₂(10-700 mmHg), Glu(1.1-38.0 մմոլ/լ), Lac(0.50-20.00մմոլ/լ), Hct (10%-70%PCV); Ավտոմատ չափաբերում յուրաքանչյուր տեստի վրա՝ ճշգրիտ արդյունքներ ապահովելու համար: Էկրանը սենսորային գունավոր ոչ պակաս քան 8 դույմ հեղուկ բյուրեղային: 2 USB պորտի առկայություն և 100000 թեսթի հիշողություն: Համակարգչին միանալու հնարավորություն և ծրագրային ապահովում: Ներկառուցված տպիչի առկայություն: Միանգամյա օգտագործման քարթրիջ՝ թափոններից և խաչաձեւ աղտոտումից խուսափելու համար:

				<p>Քարթրիջները 2-8 C ում կարող են պահպանվել 4 ամիս, իսկ սենյակային ջերմաստիճանում 4 ամիս: Յուրաքնչյուր քննության ժամանակը 5 րոպե: Սարքը պետք է լինի նոր, չոգտագործած, 12 ամիս երաշխիքային սպասարկում: Որակի հավաստագրեր առնվազն՝ CE, NMPA:</p>
--	--	--	--	--