

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ-ն ԿՄ-ՉԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2024/14 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	iE300	iE300	iE300	Shenzhen Biocare Bio-Medical Equipment Co., Ltd, China	ԷԿԳ սարքը թվային է, ունի 12 ստանդարտ արտածում գրանցելու հնարավորություն, LCD գունավոր մոնիտոր 5,0 դույմ, դիագրամաների և ուղղությունների աղյուսակ, թուղթը թերմոժապավեն է 80 մմ, թուղթը արտահանելու արագությունը 5; 6,25 ;12,5; 25; 50մ/ր ± 5%, զգայունությունը 10mm/mv ±2%, հզորությունը 100/240V,50/60Hz; 80VA, ունի ներկառուցված վերալիցքավորվող 11.1V/2600mAh լիթիումային մարտկոց, որը նախատեսված է 2 ժամ տևական աշխատանքի համար, գրանցման

ձևը 1x12; 1x12+1R, 3x4, 3x4+1R, 3/2 ռիթմի վերլուծությունը 30-300 վր., հիվանդի հոսանքի արտահոսքը 10μA, CMRR` 115dB, կալիբրացիայի լարումը 1mV ±3%, ունի էկրանի 3x4; 3x4+1R; 6x1, 6x2; 6x2+1R; 12x1 չափումների ռեժիմ, ունի հետևյալ չափման պարամետրերը` ventricular rate, PR ինտերվալ, QRS time limit, QT/QTc interval, Axis, RV5/SV1 ամպլիտուդ և RV5+SV1 ամպլիտուդ: AC, EMG, հիմնական գծի, բարձր հաճախականության ֆիլտրերի առկայություն, մուտքային CIR հաճախականությունը` 0,1 μA, մուտքային դիմադրությունը` 30MΩ, աղմուկի մակարդակը` 12,5μVp-ը , զգայունության մակարդակը` 20 μVp-ը: Բարկոդ սկաների միացման հնարավորություն, Ներհիվանդանոցային ցանցի միանալու հնարավորություն` HL7 միջոցով: Տվյալների JPG և PDF ֆորմատով պահպանման հնարավորություն, Տրանսֆեր պրոտոկոլների առկայություն` TCP, FTP, HL7: Անվտանգության դաս` I դաս, CF : Չափսը` Ե281*L191*Բ59մմ ±5% Քաշը` 1,3 կգ ±5% Լրակազմ և

				<p>պարագաներ՝ Էլեկտրոդների հավաքածու, լար 1 հատ, Էլ, հոսանքի լար 1 հատ, տպիչի թուղթ 1 ռուլոն: Տեղադրում և մեկնարկ: Աշխատակազմի ուսուցում տեղում: Օգտագործման ձեռնարկ՝ անգլերեն: Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված: Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար: Երաշխիքը՝ 12 ամիս: Որակի վկայականներ (առկայություն). ISO13485 , CE Mark (Directive 93/42/EEC)</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Մեղստիրություն ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧУ-ՉԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/14 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	iE300	iE300	iE300	Shenzhen Biocare Bio-Medical Equipment Co., Ltd, China	Прибор ЭКГ цифровой, имеет возможность записи 12 стандартных выходов, Цветной ЖК-монитор 5,0 дюймов, диаграмма и таблица треков, бумага термически запечатана 80 мм, скорость экспорта бумаги 5; 6,25; 12,5; 25; 50 м/об ± 5%, чувствительность 10 мм/мВ ±2%, мощность 100/240В, 50/60Гц; 80ВА, имеет встроенную перезаряжаемую литиевую батарею 11,1 В/2600 мАч, рассчитанную на 2 часа работы, регистрационная форма 1x12; 1x12+1П, 3x4, 3x4+1П, 3/2 анализ

ритма 30-300 сек., ток утечки пациента 10мкА, CMRR 115дБ, калибровочное напряжение 1мВ ±3%, имеет размер экрана 3х4; 3х4+1П; 6х1, 6х2; 6х2+1П; режим измерения 12х1, имеет следующие параметры измерения: частота желудочков, интервал PR, предел времени QRS, интервал QT/QTС, ось, амплитуда RV5/SV1 и амплитуда RV5+SV1. Наличие фильтров переменного тока, ЭМГ, магистральной линии, фильтров высоких частот, входная частота CIR 0,1 мкА, входное сопротивление 30МОм, уровень шума 12,5мкВпик-пик, уровень чувствительности 20 мкВпик-пик. Возможность подключения сканера штрих-кода, Возможность подключения к внутрибольничной сети через HL7
Возможность сохранения данных в формате JPG и PDF, Наличие протоколов передачи, как минимум TCP, FTP, HL7 Класс безопасности: Class I, CF. Размер: E281*L191*B59мм ±5% Вес: 1,3 кг ±5% Оборудование и аксессуары: набор электродов, проволока 1 шт,

					<p>шнур питания 1 шт, бумага для принтера 1 рулон. Установка и запуск. Обучение персонала на месте. Руководство пользователя на английском языке.</p> <p>Оборудование новое, неиспользованное. В комплект входят все необходимые дополнительные устройства и аксессуары, необходимые для полноценной работы. Гарантия 12 месяцев. Сертификаты качества (наличие). ISO13485. Маркировка CE (Директива 93/42/ЕЕС).</p>
--	--	--	--	--	--