

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՎԻ ԷՍ ՏԻ ՍՔԱՅ» ՍՊԸ-ն ՀՀԱՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/34 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
107	LITTLE DOCTOR ADUTOR	LITTLE DOCTOR ADUTOR	LITTLE DOCTOR ADUTOR	<p>ՀՀ Կառավարության 2012 թվականի սեպտեմբերի 20-ի N1239-Ն որոշման, ՀՀ Առողջապահության նախարարության N867 հրամանի պահանջներին համապատասխան: Տոնոմետրի մարմինը պլաստիկ է, կամ պլաստմասե:</p> <p>Մանժետիմեջօղներ մղելու և ատեքսային տանձիկ:</p> <p>Մետաղափական:</p> <p>Էրգոնոմիկ բռնակ ջանգոտվող պողպատից: Ճշգրտությունը կարգավորող մաշվող արտաթողման փական: Միկրոֆիլտրները պաշտպանում են արտաթողման փականը և չափման համակարգը: Ունի կաշու կովման ժետմեծ ահասակների համար: Հատուկ անդամ ցրած մաշվող պղնձե - բերիլային մեմբրանով: Մեմբրանը դիմանում է մինչև 600 մմսնդ. ս. ավելցուկային ճնշմանը: Բժշկական լսափողակ (ստետոսկոպ)</p>

				Սարքավորման առավելագույն թույլտրվող սխալը +/- 3 մմ.ս. Լավկարդացվող մինչև 300 մմ.ս. ս. դիապագոնոպայուսումնասանողակ: Երաշխիքային ժամկետը առնվազն մեկ տարի:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

"ВИ ЭС ТИ СКАЙ" ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/34 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
107	LITTLE DOCTOR ADUTOR	LITTLE DOCTOR ADUTOR	LITTLE DOCTOR ADUTOR	ՀՀ Կառավարության 2012 թվականի սեպտեմբերի 20-ի N1239-Ն որոշման, ՀՀ Առողջապահության նախարարության N867 հրամանի պահանջներին համապատասխան: Տոնոմետրի մարմինը պլաստիկ է, կամ պլաստմասե: Մանժետիմեջօղներով լուրվատեքսային տանձիկ: Մետաղափական: Էրգոնոմիկ բռնակ ժանգոտվող պողպատից: Ճշգրտությունը կարգավորող ջնշվող արտաթողման փական: Միկրոֆիլտրները պաշտպանում են արտաթողման փականը և չափման համակարգը: Ունի կաշու կովման ժետմեծահասակների համար: Հատուկ անդամ ցրած ջնշվող պղնձե - բերիլային մեմբրանով: Մեմբրանը դիմանում է մինչև 600 մմսնդ. ս. ավելցուկային ճնշմանը: Բժշկական լսափողակ (ստետոսկոպ)

				Սարքավորման առավելագույն թույլտրվող սխալը +/- 3 մմ.ս. Լավկարդացվող մինչև 300 մմ.ս. ս. դիապագոնոպայուսումնասանողակ: Երաշխիքային ժամկետը առնվազն մեկ տարի:
--	--	--	--	--