

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մարզ Ֆարմացիա ՍՊԸ-ն ՈԻԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/78 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                        |  |
|--------------------|-----------------------|------------------------|--|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 23                 | Primax                | Primax                 | Օձիզը պետք է նախատեսված լինի բուժանձնակազմին ռենտգենյան ճառագայթներից պաշտպանելու համար: Պետք է նախատեսված լինի վահանաձև գեղձի և կրծքավանդակի համար: Պետք է ունենա առնվազն 0,5մմ pb պաշտպանիչ շերտ: Հանելու և հազնելու համար պետք է լինի հարմար: Չափերը և գույնը պետք է համաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ: |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Марг-Фармация ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ПГУЧ-ЕЦДԱՊՁԲ-24/78 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |                            |   |
|------------|------------------------|----------------------------|---|
|            | фирменное наименование | наименование производителя | технические характеристики  |
| 23         | Primax                 | Primax                     | Օձիզը պետք է նախատեսված լինի բուժանձնակազմին ռենտգենյան ճառագայթներից պաշտպանելու համար: Պետք է նախատեսված լինի վահանաձև գեղձի և կրծքավանդակի համար: Պետք է ունենա առնվազն 0,5մմ pb պաշտպանիչ շերտ: Հանելու և հազելու համար պետք է լինի հարմար: Չափերը և գույնը պետք է համաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ: |