

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՎԻՈԼԱ ՍՊԸ-ն ՈԻԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/80 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Արյան բանկի ցենտրիֆուգ	Արյան բանկի ցենտրիֆուգ	Արյան բանկի ցենտրիֆուգ	Արյան բանկի ցենտրիֆուգ	Ցենտրիֆուգը պետք է լինի ցածր արագության պտտման և սառնարանային: Պետք է համապատասխանի արյան բանկերում, բուժկենտրոններում դոնորական արյան պարկերի ցենտրիֆուգման համար բջիջների անջատման նպատակով: Պետք է ունենա մետաղե բազմաշերտ կարուցվածք պայթյունից պաշտպանելու համար: Ցենտրիֆուգման խցիկը պետք է պատրաստված լինի չժանգոտվող պողպատից համակցված հարվածի կլանման բազմաստիճան

կառուցվածքով: Պետք է ունենա միկրոհամակարգիչային կառավարում, ընդարձակ գունավոր դիսփլեյ, որտեղ պետք է արտացոլվեն ցենտրիֆուգման ցուցանիշները: Պետք է ունենա պտտման ծրագրերի կարգավորման և պահպանման գործառույթ: Ցենտրիֆուգի դուռը պետք է ունենա էլեկտրական կողպման հնարավորություն: Պտտման առավելագույն արագությունը պետք է լինի ոչ պակաս քան 7000rpm: Պտտման ճշգրտությունը առավելագույնը ± 20 rpm: Առավելագույն RCF-ը պետք է լինի ոչ պակաս քան 10956xg: Պտտման ժամանակահատվածի կարգավորման միջակայքը առնվազն 0-60 րոպե: Պետք է ունենա առնվազն 4x500ml և արյան նմուշառման սրվակներին հանապատասխան ռոտորին կից նմուշների փոխարինվող տարաներ: Պետք է ունենա սառնարանային գործառույթ: Սառնարանի ջերմային միջակայքը պետք է լինի առնվազն -20°C - $+40^{\circ}\text{C}$: Ջերմային կարգավորման ճշգրտությունը $\pm 1^{\circ}\text{C}$:

				<p>Աղմուկը չպետք է գերազանցի 65dB-ը: Չանգվածը առավելագույնը 200կգ: Արտաքին չափերը 690x590x835mm \pm 30% ամեն չափի համար: Հզորությունը առնվազն 1500W: Հոսանքի սնուցումը ստանդարտ AC220V, 50/60Hz: Սարքավորումը պետք է ունենա առնվազն 12 ամիս երաշխիք: Սերտիֆիկատներ՝ առնվազն ISO13485, ISO9001, DOC-CE:</p>
--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО «ВИОЛА» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ПГЦЧ-ЕЦДЦПЗР-24/80 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					