

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա.Զ. Մարգարիտ Արծրունյան-ն ՀՀԼՄ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/21 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
105	ադա	ադա	ադա	ադա	<p>ՀՀ Կառավարության 2012 թվականի սեպտեմբերի 20-ի N1239-Ն որոշման, ՀՀ Առողջապահության նախարարության N867 հրամանի պահանջներին համապատասխան: Տոնոմետրի մարմինը պլոմբված է, կամ պլստմասե: Մանժետիմեջօղներով էլոկալապատրաստված է:</p> <p>Մետաղափական: Երգոնոմիկբռնակ չժանգոտվող պողպատից: Ճշգրտությունը կարգավորող զմաշվող արտաթողման փական: Միկրոֆիլտրները պաշտպանում են արտաթողման փականը և չափման համակարգը: Ունի կաշուկով մանժետիմեծահասակների համար:</p>

				<p>Հատուկ պնդացրած ջմաշվող պղնձե - բերիլային մեմբրանով: Մեմբրանը դիմանում է մինչև 600 մմսնդ. ս. ավելցուկային ճնշմանը: Բժշկական լսափողակ (ստետոսկոպ) Սարքավորման առավելագույն թուլյլտ րվող սխալը +/- 3 մմս.ս. Լավկարդացվող մինչև 300 մմսնդ. ս. դիապագոնով պյումինեսանդակ: Երաշխիքային ժամկետը առնվազն մեկ տարի</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ц.Ձ. Սիրգարիտ ԱրժուՆյաՆ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԼՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/21
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
105					