ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/142 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	1260 Infinity II HPLC bundle	G7110B G7114A G7129A G7116A	G7110B G7114A G7129A G7116A	Agilent Technologies	Հիդրավլիկ համակարգ՝ Երկակի պորշիչով պոմպ, երկակի մխոց շարքի պոմպ՝ սերվո կառավարվող փոփոխական հարվածի շարժիչով և գնդիկավոր պտուտակների միջոցով, լողացող պիստոններ: Հոսքը՝ 0-10.0 մլ/րոպե: Հոսքի ճշգրտությունը՝ ≤0.07 % RSD, կամ ≤ 0.01 րոպե SD: Հոսքի ճշտությունը՝ ± 1 % կամ 10 մկլ/րոպե: Ճնշման աշխատանքային տիրույթը՝ 600 բար կամ 8700 psi –5 մլ/րոպե, 200 բար կամ 2950 psi- 10 մլ/րոպե: Ճնշման տատանումը՝ Ճնշման տատանումը 2 % ամպլիտուդը (սովորաբար 1.0 %),

						կամ 0.3 ՄՊա (3 բար)։ pH-տիրույթը՝ 1,0-12,5։ Ծրագրային վերահսկում՝ Instrument Control Lab Advisor B.02.08 LC and CE Drivers A.02.14 Համատեղելի OpenLab ծրագրային ապահովման հետ։ Կոմունիկացիա՝ Վերահսկիչի տարածքի ցանց (CAN), Ընդլայնված հեռակառավարման ինտերֆեյս՝ պատրաստ, մեկնարկի, կանգի և անջատման ազդանշաններ, ներկառուցված տեղական (LAN) ցանց։ Անվտանգություն և այլն սպասարկում՝ Արագ ախտորոշում, սխալի հայտնաբերում և ցուցադրում Agilent- ի LabAdvisor ծրագրի միջոցով, արտահոսքի հայտնաբերում, անվտանգ արտահոսքի բեռնաթափում, արտահոսքի ազդանշան պոմպային համակարգի անմիջապես անջատմամբ։ Ցածր լարում։ GLP հնարավորություններ՝ Սպասարկման հետադարձ կապ (EMF) շարունակական հետևելու համար գործիքի օգտագործման պայմանները։ Պահպանման և սխալների էլեկտրոնային գրառումները։ Ինքնանմուշառիչ-

						Ներարկման տիրույթը՝ 0.1 – 100 մկլ, 0.1 մկլ քայլով՝ 100 մկլ- ի դեպքում մինչև 60 ՄՊա, 0.1 – 900 մկլ 0.1 մկլ քայլով 900 մկլ-ի դեպքում մինչև 40 ՄՊա, 1800 մկլ՝ բազմանգամյա հավաքմամբ 900 մկլ (պահանջվում է համապատասխան պարույր)։ Ներարկման ճշտությունը՝ 0.25 % RSD պիկի մակերեսից 5 µL –ից մինչև 100 µL կոֆեինի չափման ժամանակ։ Ճնշման տիրույթը՝ 0 – 60 ՄՊա (0 – 600 բար, 0 – 8702 psi), 0 – 40 ՄՊա (0 – 400 բար, 0 – 5801 psi)։ Նմուշի մածուցիկության տիրույթը՝ 0.2 – 5 սպ։ Նմուշների քանակը՝ 132 x 2 մլ տարա (2 դարակ սկզբնական), 100 x 2 մլ տարա (լրացուցիչ 2 դարակ), 36 x 6 մլ տարա (լրացուցիչ 2 դարակ)։ Քայլեր՝ 0.004 % (40 մգ/լ) ասեղի լվացմամբ։ Ներարկման ցիկլի տևողությունը՝ 18 վրկ եթե արագությունը 200 մկլ/րոպե, Ներարկման արագությունը։ 200 մկլ/րոպե, Ներարկման ծավալը։ 1 մկլ։ Ներարկման մինիմալ ծավալը՝ 1 µL-ը 5 մկլ նմուշից՝ 100 մկլ միկրովիալում կամ 1 մկլ-ը 10 մկլ նմուշից՝ 300 մկլ միկրովիալում։

						Ծրագրային վերահսկում՝ Instrument Control Lab Advisor B.02.07 կամ ավելի LC and CE Drivers A.02.14 կամ ավելի, Համատեղելի OpenLab ծրագրային ապահովման հետ: Կոմունիկացիա՝ Վերահսկիչի տարածքի ցանց (CAN), Ընդլայնված հեռակառավարման ինտերֆեյս՝ պատրաստ, մեկնարկի, կանգի և անջատման ազդանշաններ, ներկառուցված տեղական (LAN) ցանց: Անվտանգություն և այլն սպասարկում՝ Արագ ախտորոշում, սխալի հայտնաբերում և ցուցադրում Agilent- ի LabAdvisor ծրագրի միջոցով, արտահոսքի հայտնաբերում, անվտանգ արտահոսքի բեռնաթափում, արտահոսքի ազդանշան պոմպային համակարգի անմիջապես անջատմամբ: Ցածր լարում: GLP հնարավորություններ՝ Սպասարկման հետադարձ կապ (EMF) շարունակական հետևելու համար գործիքի օգտագործման պայմանները: Պահպանման և սխալների էլեկտրոնային գրառումները: Աշտարակների թերմոստատ- Աշխատանքային

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Концерн-Энергомаш ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЧС-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/142 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					սկզբունքը՝ Տաքացվող աշտարակներ երկակի և անկախ իրարից Peltier-element. Լուծիչների նախնական տաքացում և օդային: Ջերմաստիճանային տիրույթը՝ 4 - 85 °C Աշտարակների քանակը՝ 300 մմ երկարությամբ 4 աշտարակ, գումարած կցամասեր կամ նախապաշտպարակ Նախապաշտպարակի ջերմափոխանակիչների թիվը մասշտաբային է՝ յուրաքանչյուրը աշտարակը լրվագրության կարող է հագեցած լինել անհատական ջերմափոխանակիչով 4-աշտարակի ընտրիչ փականը հասանելի է յուրաքանչյուր աշտարակ մուտք գործելու համար: Ջերմաստիճանային կայունությունը՝ ±0.1 °C: Ջերմաստիճանային ճշտությունը՝ ±0.5 °C (ստուգաչափված 40 °C – ի համար) 0.05 °C: Տաքացման/ սառեցման ժամանակահատվածը՝ 5 րոպե շրջակա միջավայրից մինչև 40 °C 10 րոպե 40 °C-ից մինչև 20 °C 25 րոպե 25 °C-ից մինչև 85 °C: Դետեկտորը – Հայտնաբերման տեսակը՝ երկփնջանի ֆոտոմետր: Լույսի աղբյուր՝ Դեյտերիումի լամպ:

						Տվյալների արագությունը՝ 120 Հց։ Ալիքի երկարության տիրույթը՝ 190 – 600 նմ։ Ալիքի երկարության ճշտությունը՝ ± 1 նմ ինքնատրամաչափարկում դեյտերիումի գծերով, վերիֆիկացիա հոլմիումի օքսիդով։ Ալիքի երկարության ճշգրտություն՝ ±0.1 նմ։ Կարճաժամկետ աղմուկ մեկ կամ բազմաալիքի ժամանակ՝ « ± 0.25·10-5 AU – 230 նմ։ Շեղումը՝ «1.0·10-4 AU/h 230 նմ-ում։ Գծային կլանման տիրույթը՝ »2.5 AU (5 %)։ Ճեղքի լայնությունը՝ 6.5 նմ – ճեղքը ծրագրավորվող է։ Դիոդի լայնությունը՝ « 1 նմ։ Կուվետների տեսակները՝ Ստանդարտ՝ 13 մկլ ծավալով , 10 մմ կյուվետ և 120 բար առավելագույն ճնշմամբ։ Կներկայացվի արտադրողի լիազորագիրը սարքի մատակարարման համար։ Ապրանքի մատակարարումը և տեղադրումը կիրականացվի մատակարարի կողմից։ Ապրանքը կլինի չօգտագործված։ Երաշխիքային ժամկետ մատակարարումից հետո 1 տարի։ Մատակարումից առաջ

					կհամաձայնեցի պատվիրատուի հետ: