

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՅՈՒՆԻՍԵԴ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/16-22-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
78	Spirolab	Spirolab	MIR	<p>Դյուրակիր սպիրոմետր օքսիմետրիայի ինարավորությամբ: 7" հպումային LCD էկրան: Հոսքային սենսոր՝ երկուղի թվային տուրբին: Ծավալը՝ 10L: Հոսքի արագությունը՝ <math>\pm 16</math> L/վ: Ծավալի ճշգրտությունը՝ <math>\pm 2.5\%</math> կամ 50 մլ: Հոսքի ճշգրտությունը՝ <math>\pm 5\%</math> կամ 200 մլ/վ: Դինամիկ դիմադրողականությունը՝ <math>&lt; 0.5</math> սմ H<sub>2</sub>O/լ/վ: Ջերմային սենսոր՝ կիսահաղորդիչ (0-45°C) Կատարվող տեստերը՝ FVC, VC, IVC, MVV, PRE-POST: Չափվող պարամետրերը՝ FVC, FEV1, FEV1/FVC%, FEV1/PEF, FEV1/VC, FEV1/FEF0.5, DTPEF, FEV 0.5, FEV0.5/FVC, FEV0.75, FEV0.75/FVC, FEV2, FEV2/FVC, FEV3, FEV3/FVC, FEV6, FEV1/FEV6, PEF, FEF25, FEF50, FEF75, FEF2575, FEF7585, FET, Vext, ELA, EVOL, FIVC, FIV1, PIF, FIV1/FIVC, FIF25, FIF50, FIF75, R50, MVVcal, PIF, IRV, VC, EVC, IVC, IC, ERV, IRV, FEV1/VC, TV, VE, RR, ti, te, ti/t-tot, TV/ti,</p>

				<p>MVV: Հիշողությունը՝ 10000 տեստ: Իրական ժամանակում հետազոտությունների տվյալների փոխանցում համակարգչին անլար եղանակով:</p> <p>Ներկառուցված տպիչի առկայություն և հնարավորություն արտաքին տպիչին միացնելու:</p> <p>Հավաքածուի նվազագույն պարտադիր համալրվածություն մարտկոցով և բազմակի օգտագործման տուրբինով, սկզբնական շրջանում օգտագործման համար 50 հատ մուշտուկով: Նոր է, չօգտագործված: Առաջարկի արժեքի մեջ ներառված են՝ տեղադրումը, մոնտաժը, կարգավորումները, բժշկական անձնակազմին օգտագործման եղանակներին ծանոթացնելը: Երաշխիքային ժամկետը տեղադրման պահից 12 ամիս: Տեղադրելուց հետո սարքը բերվելու է աշխատանքային վիճակի: Մատակարարելիս CE և FDA սերտիֆիկատների առկայություն:</p>
--	--	--	--	--







			<p>ti/t-tot, TV/ti, MVV: Память: 10 000 тестов. Передача данных съемки на ПК в режиме реального времени по беспроводной сети. Наличие встроенного принтера и возможность подключения к внешнему принтеру. комплект включает в себя аккумулятор и многоразовую турбину, а также 50 венчиков для первоначального использования. Новый, неиспользованный. В стоимость предложения входит: установка, сборка, настройка, ознакомление медицинского персонала со способами использования. Гарантийный срок 12 месяцев с момента установки. После установки устройство будет приведено в рабочее состояние. Наличие сертификатов CE и FDA при поставке</p>
--	--	--	--