

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՄԵԴԹՐԵՅԴ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/64/1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	Ավտոմատ լաբորատոր սպասքի լվացման մեքենա	Ավտոմատ լաբորատոր սպասքի լվացման մեքենա	Ավտոմատ լաբորատոր սպասքի լվացման մեքենա	Ավտոմատ լաբորատոր սպասքի լվացման մեքենա	Ավտոմատ լաբորատոր սպասքի լվացման մեքենա Լաբորատոր սպասքի լվացման մեքենաներում պետք է ներկառուցված լինեն ծրագրավորված մաքրման, ախտահանման և չորացման գործառույթներ՝ բոլոր ապակյա իրերը մաքրելու համար, ներառյալ բաժակները, կոլբաները, պիպետները, Պետրի թասիկները, բյուրեղները, չափիչ անոթները, փորձանոթները և այլն: Օգտակար ծավալը ոչ պակաս քան 80 լ Մաքրման, ախտահանման և չորացման գործառույթների

առկայությունը ներքին
աշխատանքային մակերեսը ոչ
պակաս քան չժանգոտվող պողպատ
Լվացքի ստանդարտ ընթացակարգ
(կարող է ծրագրավորվել
օգտագործողի կողմից ինքնուրույն)。
1.Նախնական մաքրում, 2. Լվացք՝
մաքրող միջոցի օգտագործմամբ, 3.
Ողողում, 4. Լվացում չեզոքացմամբ,
5. Ողողում, 6. Լվացք տաք ջրով, 7.
Չորացում LCD էկրան ոչ պակաս
քան 4 դյույմ անկյունագծով
Միկրոպրոցեսորային համակարգ,
որը պետք է ներառի ծրագրավորվող
լվացքի ցիկլեր, լվացող միջոցի
ծավալ և այլն: Օգտագործողը պետք
է կարողանա ծրագրավորել և
պահպանել լվացքի ծրագրերը:
Պարամետրերի հիշողություն՝
Էլեկտրաէներգիայի անջատման
դեպքում լվացքի ցիկլերը պետք է
վերսկսվեն, հենց որ հոսանքը
վերականգնվի: Ջրի և չոր օդի
ջերմաստիճանի անվտանգության
պաշտպանիչ համակարգի
առկայություն, եթե սահմանված
ջերմաստիճանը գերազանցում է,
այն պետք է դադարի աշխատել
Էլեկտրամագնիսական անջատիչով

				<p>անվտանգության կողպեք՝ լվացքի/չորացման ցիկլի ընթացքում դուռը բացելուց խուսափելու համար: Տազնապի առկայությունն Ոչ պակաս քան 9 տարբեր փոխարինելի դարակաշարերի առկայությունն բոլոր տեսակի լաբորատոր ապակիների համար Էլեկտրոսնուցում՝ 220 Վ, 50/60 Հց: Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) 1) ISO13485 կամ համարժեք 2) CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք</p>
--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

МЕДТРЕЙД ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22 02 00000000-2024/64/1 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
5					